



**שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	הנדסה רפואית
תאריך:	22.05.2016

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה  (29)3 /  (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)</b>
מערכת לבדיקת חיידק ההליקובאקטר פילורי, באמצעות תבחין נשיפה.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא  
 סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין  שירותים  ביצוע עבודה

שם הספק:	גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ.
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	50,000 ₪ לרכישת מכשיר + 105,000 ₪ עלות 800 בדיקות (אומדן בדיקות לארבע שנים).
תקופת ההתקשרות:	2016-2020.

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**


- 1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
- 2. ממצאי הבדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
- 3. נימוקים והערות נוספות**

- |  |
|--|
| 1) מערכת המבוססת על בדיקת תבחין נשיפה, המאבחן ונותן תשובה בטווח של 15 דק' בלבד.  |
| 2) המכשיר פרי פיתוח יצרן ישראלי.   |
| 3) לא מוכר מכשיר מקביל המאפשר ביצוע בדיקה באמצעות נשיפה ומתן תשובה מיידית.   |
| 4) המכשירים המוכרים עובדים בשיטה של איסוף במבחנה ייעודית וביצוע בדיקה במכשיר מעבדתי הנותן את התשובה בטווח של ימים עד שבוע. |
| 5) אי לכך, אבקש להגדיר ספק מוצר זה כספק יחיד.  |

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהל הנדסה רפואית	בצלאל מיירנץ
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית