



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 161766

יחידה מזמינה: רפואה גרעינית

מהות הרכישה: החלפת מקור קרינה מסוג PIN SOURCE GE68 למערכת PET CT

ערך בשקלים: _____





סכום הרכישה מטבע ספק: 69,750 ש"ח (לא כולל מע"מ)

ספק פוטנציאלי: ג'י.אי מדיקל סיסטמס בע"מ

הוועדה התכנסה בתאריך 20.4.16 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם

המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימת המאשרים:


רניח שירן

שמואל שמור

עוייד רות פרי

יוסי שחר

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

4 באפריל 2016

סימוכין: 01-04

לכבוד
וועדת רכישות
כאן

אדונים נכבדים,

הנדון: החלפת (רכישת מקור קרינה מסוג (PIN SOURCE GE68) עבור מערכת PET/CT במכון רפואה גרעינית

במכון לרפואה גרעינית מותקנת מערכת PET/CT, דגם: DISCOVERY 690, מס"ד ביי"ח: 00756, יצרן: חב' G.E., סוכן: G.E. HEALTHCARE, הכוללת מקור קרינה מסוג PIN SOURCE GE68. במערכת PET/CT יש צורך להחליף מקור קרינה עקב החלשות המקור מסוג PIN SOURCE GE68, שעל פי הוראות היצרן נדרש להחליפו כל 18 חודשים. בפעם האחרונה שהוחלף המקור במערכת היה בתאריך 14.10.2014. המקור נדרש לכיול יומי, לכיול המערכת באופן כללי ולכיול במהלך טיפול מונע. נכון להיום המקור חלש מאוד. כשהמקור חלש עלולות להופיע בעיות מגוונות ושוונות בתפקודי המערכת ופגיעה באיכות התמונה. ממליץ לרכוש מקור אור קרינה מסוג PIN SOURCE GE68 חדש. היותו מקור קרינה זה הנו חלק מהמערכת, יש לראות בו השלמה למערכת הקיימת וחב' G.E. ספק יחיד למקור קרינה מסוג PIN SOURCE GE68 מקורית למקרה זה.

בברכה,

שמריה מוזיקאנט
ראש מדור תחום דימות ואונקולוגיה