



# מדינת ישראל

## משרד החקלאות ופיתוח הכפר

### ועדת המכרזים המרכזית

הנדון: פטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) התקשרות עם "הורייזון ביוטק" עבור רכישת ערכות בדיקת נוגדנים לברוצלה בשיטת FPA – לשנת 2016-2017


החלטת הוועדה מיום 19/4/2016  
מס' מחלקת מכרזים:  
ח.פ. 514073667

### פרוטוקול


1. בפני הוועדה בקשת היחידה לאשר לה התקשרות עם חברת "הורייזון ביוטק" זאת לצורך רכישת ערכות נוגדנים לברוצלה.
2. לפרוטוקול מצ"ב מסמכי הנמקה מאת היחידה חתומים ע"י ד"ר מנחם בנאי, להיותה של החברה כאמור ספק יחיד בנסיבות העניין.
3. ממסמכים אלה עולה עוד כי אף שבמהלך שנת 2016 נרכש ע"י המכון רובוט חדשני לצורך בדיקה סרולוגית הפועל במתודה שונה, הרי שטרם התקבעו התקנים והשיטה החדשים להפעלתו ואשר על כן נדרש "לתקופת גישור" המשך עבודה בשיטה הישנה (FPA) ובהתחשב בקיומו של מבצע הברוצלוזיס, אף בהיקף מוגבר.
4. במסמכים מוסברת למעשה ייחודיות המוצר גלומה בעצם שיטת הבדיקה המתאפשרת באמצעותו (שיטת FPA). בהינתן כי:
  - א. שיטה זו ייחודית עבור המכון שכן היא מגלמת לפי הסברו תכונות של מהימנות ומהירות ובהתחשב בעבודה
  - ב. קיים יצרן אחד בלבד המייצר ערכות מסוג זה
  - ג. חברת הורייזון ביוטק בע"מ הנה נציגתו הבלבדית של "היצרן בישראל".הרי שצירוף כל אלו מובילים למסקנה כי החברה מהווה ספק יחיד בנסיבות העניין.
5. לאור האמור והמפורט במסמכים, מאשרת הוועדה את מתן הפטור על בסיס תנאי תקנה 3 (29) בכפוף לחובת פרסום והיעדר השגות.
6. סה"כ היקף ההתקשרות הנו 253,890 ₪ כולל מע"מ. בהתאם להצעת מחיר של החברה מיום 20/3/2016
7. תוקף ההתקשרות הנו מיום חתימת הזמנת עבודה ועד ליום 30/4/2017.
8. תוקף הפטור הנו עד ליום 30/4/2017.

9. ההתקשרות כפופה להוצאת הזמנת עבודה חתומה ע"י מורשי החתימה של המשרד.
10. לאור שווי ההתקשרות זכך ~~לאור ההחלטה בדבר פטור~~ מפרסום, הוועדה כפופה לאישור ועדת פטור משרדית.

10/10  
 30523  
 ע"ד אורי, ע"ד  
 15/7/16

  
 תמים סעד  
 ס/חשב

  
 ע"ד בירמן אורי  
 נציג היועץ המשפטי

  
 אוהד דגמי  
 יו"ר הועדה

**טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"**

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

משרד החקלאות	החקלאות
יחידה מזמינה/מכון	מכון וטרינרי
תאריך חוות דעת:	24.03.2016
בקשה מס' (פנימי):	

**אל: ועדת המכרזים**

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

**הבקשה מסתמכת על תקנה  $\blacklozenge$  3(29) /  $\square$  3(31) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.**

**האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל:**  כן  לא

**סוג ההתקשרות:**

שירותים  ביצוע עבודה

**\* טובין**

שם הספק:	הוריזן ביוטק בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	ת.פ. 514073667
ספק זה הנו:	בלעדי (ראה מכתב מצורף)
אומדן / שווי ההתקשרות:	253,890 ₪ (כולל מע"מ)
תקופת ההתקשרות:	6 חודשים

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני**

רכישה של ערכת בדיקת נוגדנים לברוצלה בשיטה של Fluorescence Polarization Assay (FPA). אנחנו מבקשים אישור לרכישת 20000 בדיקות על פי הצעת המחיר המצורפת. מובא בזאת כי כבר רכשנו פעמיים את הערכה המבוקשת, ברכישה ראשונה 5000 בדיקות, ובשניה 20000 בדיקות נוספות לאור בקשה להגדלת נפח הבדיקות כפי שהוצג מראש בבקשה הראשונה.

הנימוק להגדלת הבדיקות בפעם הקודמת היה בצורך לבדוק במהירות קבוצת עדרים שהצטרפו לקבל הרשאה ליצאה למרעה על בסיס בדיקות סרולוגיות מוקדמות במעבדה לאישור נקיון מנגיעות במחלה

בזמן שהוגשה הבקשה, כבר נוצרו פעולות מתקדמות במעבדה לבניה מחדש של מערכת הבדיקות הסרולוגיות לברוצלה להגדלת מהירות התפוקה בבדיקות המוניות. לצורך כך, נרכש רובוט ונקנו ערכות בדיקה ELISA לברוצלה בהיקף של למעלה ממיליון שקלים (אחראי, ד"ר מיכאל ברנשטיין). הנחת העבודה היתה שבדיקות ה FPA יגשרו עד למעבר לבדיקות החדשות.

למרות שהרובוט והערכות כבר הגיעו למכון, נראה כי העמדת השיטה ועמידה בתקנים הנדרשים תתעכב עוד למספר חודשים. לאור זאת, נוצר צורך מחדש לרכישה נוספת של 20000 בדיקות FPA. אנו מתנצלים בפני הועדה הנכבדה לפנינו זו, אך ברור כי אי רכישה בזמן של בדיקות FPA נוספות תעמיד בסכנה של אי עמידה בתכנית ברוצלוזיס נגב. לאור האמור, נודה לוועדה על עזרתה בהרשאה לרכישה נוספת של הבדיקות כמוצע בהצעת

המחיר המצורפת.  
 יובא לידיעת הוועדה הנכבדה כי הערכה של ה FPA מיובאת על ידי חברת הוריון, כספק יחיד (מכתב מצורף).  
 הבדיקה בלעדית בהיותה הומוגנית (אין צורך בשלבי טיפול כמו שטיפה, הנחוצה בשיטת בדיקה אחרת כמו ELISA). לפיכך, הבדיקה מהירה מאד ומתארת את ריכוז הנוגדנים האמיתי בדוגמה לעומת שיטת ה- ELISA שבה יתכן ותהיה שונות בהתאם לתנאי השטיפה והטיפול בבאר הנבדקת במיקרופלטה. יש לנו ניסיון בשימוש בשיטה המראה אמינות גבוהה ביותר.  
 • למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**

**גא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

**מגיש הצעת המחיר מצרף כתב בלעדיות לשיווק הערכה בארץ**

2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)

למיטב ידיעתנו לא נמצאו ספקים אחרים בחיפוש שערכנו.

3. נימוקים והערות נוספות

השיטה מתאימה ביותר לעבודה במעבדה היות ויש לנו מכשיר קורא FPA שהינו רבוט ומנהל את כל תהליך הבדיקה בלחיצת כפתור אחת עד לכתיבת התוצאה (סה"כ 92 בדיקות במיקרופלטה אחת, יתר 4 הבאריות מנוצלות להשוואה לסרום ייחוס שלילי וחיובי, בהתאמה. משך בדיקת מיקרופלטה, 92 בדיקות יחידות, כ 30 דקות.

בשימוש שעשינו עד כה עם הערכה, הוכחנו כי ניתן לעמוד ביעד של למעלה מ 1000 בדיקות

ביום, עובדה שמעצימה ומחזקת את תכנית ברוצלוזיס נגב.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר מנחם בנאי	מנהל מרכז ארצי לברוצלוזיס	ד"ר מנחם בנאי
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית