

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(וקריאה היה לטמ)
יחידה מזמינה:	מבטן קפולוני
תאריך:	2/02/16

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095073078	מכשיר לכיסוי סליידים דגם TISSUE TEK G2

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הסובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	פריגו ישראל
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511386401
מספר ספק בשיבא	41620
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	95,500 י"מ 7 מיליון
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

20 בינואר 2016
מספרנו: יש/2016-0036
תיק: 1,1237-7013

לכבוד
מר גיל דר
כ.א.ו

נכבדי,

הנדון: פתולוגיה – חו"ד לרכישת מכשיר לכיסוי סליידים

למכון הפתולוגי נדרשת רכישת המכשיר שבנדון בהתאם לתוכנית הצטיידות 2015.

למכרז מס' מצ/ 11599474 שבוצע לצורך מימוש הרכישה הוגשו ההצעות הבאות:

- הצעת חב' SAKURA לדגם TISSUE TEK G2 – באמצעות חב' טאיקו-פריגו.

- הצעת חב' LEICA לדגם CV-5030 – באמצעות חב' רניום.

שתי ההצעות שהוגשו ענו לדרישות המקצועיות במכרז.

לאחר קבלת הבהרה ממנהלת המעבדה לפתולוגיה כי ייעוד המכשיר במעבדה לכיסוי סליידים המיועדים לצביעה במכשור מתוצרת VENTANA המחייב הדבקות התוויות על הסליידים באופן שעלול להוות בעיה בכיסוי הסליידים, הבהירה חב' רניום נציגת היצרן LEICA כי המוצר שהוצע אינו עונה לאפליקציה במעבדה ולפיכך מסירה את השתתפותה במכרז. רצ"ב הודעתה.

לנוכח זאת הופך למעשה דגם TISSEU TEK G2 מתוצרת SAKURA לדגם היחיד העונה לפעילות במעבדה. ניתן לממש רכישת דגם זה באמצעות חב' פריגו תחת ההגדרה של ספק בלעדי לרכישה.

הצעת החברה וההבהרה המחודשת הינה לדגם שהוצע למכרז והמכשיר הספציפי הינו מתצוגה, מקובלת ומאושרת, כאשר התנאים שיינתנו יהיו בהתאם למכרז המחייב:

אחריות של לפחות 24 חודשים לכל דבר ועניין

ביצוע טיפול תקופתי בהתאם להנחיות היצרן כחלק בלתי נפרד מתקופת האחריות (רצ"ב התחייבות החברה מיום 20.1.16).

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת

העתקים: ד"ר כנרת רוזנבלט
מר ברונז לביא