

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידת מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1040009870	FOOTSWITCH 16-FUNCTIONS TYPE B REFURBISH

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	לפידות מדיקל
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510130487
מספר ספק בשיבא	1720
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד ✓ _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	10,582 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

31 בדצמבר 2015
מספרנו: יש/2015-0644
תיק: 3501

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: ח.נ. עיניים -
חוו"ד לרכישת דושות למיקרוסקופ ניתוחי תוצרת LEICA

2 דושות (מס' סד' 060603003 ו-המשמשות את המיקרוסקופ שבנדון נשלחו לתיקון לחב' לפידות.

החברה הבהירה כי לא ניתן לתקן הדושות והמליצה להשביתן.

מומלץ לממש רכישת 2 דושות חדשות, בהתאם להצעת מחיר חב' לפידות מס' 351500378, מיום 22.12.15, לדושה בעלת אופציה למתן 16 פקודות עבודה עם המיקרוסקופ (סעיף 4 בהצעה), שהיא המתאימה לשימוש בדגם המצוי בחדר ניתוח עיניים.

לא ניתן לחבר דושה מיצרן אחר זולת יצרן המיקרוסקופ ולפיכך ניתן לראות היצרן באמצעות נציגתו ספק יחיד לרכישה זו.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתק: פרופ' י. מויסייב