

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

קרון מחקרים

מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה ____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
2	1040009193	עגלה למוניטור דיגיטלי דגם SDM
1	1095074001	SENTEC DIGITAL MONITORING SYSTEM
4	1098075310	גז כיוול
3	1098075328	תפס לאוזן
9	1098075336	מחליף ממברנה רב פעמי
5	1098885197	ג'ל מגע 5 MIL
8	1098885205	דיסקה פנימית להחלפת ממברנה (5 יח).
6	1098901234	מדבקות לעור רגיל (מבוגר)
7	1098908841	מדבקות לעור רגיש

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

שם הספק:	קלינטיקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511287732
מספר ספק בשיבא	2151
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	16,608 פ"ש + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

2/..

- 2 -

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך לזווגי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).**
2. **ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).**
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:**

עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית

תפקיד בעל הסמכות המקצועית

חתימה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

22 בפברואר 2016
מספרנו: יש/2016-0104
תיק: 1120-16, 3017

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: ט.ג. ניתוחי לב ילדים – חו"ד לרכישת מוניטור למדידת PCO2

תכתובת מינואר 20.2.16

1. בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 1 יח'.
2. מדובר במוניטור המאפשר מדיחה מתמשכת בלתי חודרנית של הלחץ החלקי של דו תחמוצת הפחמן בדם. כמו כן מודד המכשיר סטורציה, גל סטורציה וקצב לב. מדידת PCO2 מתבצעת בעזרת אלקטרודה PH זעירה בהתאם לעיקרון SEVERINGHAUS.
3. להלן תכונות המכשיר:
 - א. מדידת PCO2 בתחום 0-200mmHg (0-26.67KPa) ברזולוציה של 0.1mmHg (0.1KPa).
 - ב. מדידת SpO2 בתחום 1-100% ברזולוציה של 1%.
 - ג. מדידת קצב לב בתחום 30-250bpm ברזולוציה של 1bpm.
 - ד. אתרעות לגבי כל הפרמטרים הנמדדים.
 - ה. אפשרות לייצוא נתונים.
 - ו. אפשרות לשמירת נתונים עד 12 יום.
 - ז. סוללה נטענת המאפשרת ניטור עד 6 שעות.
 - ח. זינה – 230V/50Hz.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

4. מומלץ לממש הצעת מחיר PQ16000342 של חבי קלינטיקה, מיום 17.2.16, לדגם SDMS תוצרת SENTEC, לפריטים 1,2,9 ולמתכלים פריטים 3 עד 8.
- יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.
- יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בפועל.
5. לצוות לא ידוע על יצרן נוסף שלו מכשיר תואם לדגם המבוקש.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעה

העתקים : ד"ר אמיר ורדי
מר גיל דר