

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאה
יחידה מזמינה:	אכילא
תאריך:	22/01/16

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_  
 (יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הסובין / השירות / העבודה)</b>	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ סובין    \_\_\_\_\_ שירותים    \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	
מספר הספק (כ.ח. / צ.ח. / ע.מ. / מספר עמותה)	
ספק זה הינו:	
אומדן / שווי ההתקשרות:	
תקופת ההתקשרות	

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **נימוקים והערות נוספות.**

	<p>שם הספק הנושא</p> <p>הספק היחיד / ספק חוץ</p>

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

<p>חתימה</p>	<p>תפקיד בעל הסמכות המקצועית</p>	<p>שם בעל הסמכות המקצועית</p>
--------------	----------------------------------	-------------------------------

10.10.2013

לכבוד

וועדת מכרזים

חברון: מ.א. / 597-2011 סטים לחמודיאלח

לאחר תקופת שימוש ו ארוכה עם הסטים של חב' פולק ותקופת נסיון ארוכה עם חב' אלטק  
התברר כי החמ' אינה מעוניינת כלל בסטים של חב' פולק משום:

א. **איכות הפריטים בערכה** : הכפפות ניקרעות, ונימצאות עם חורים, קימות גבשושיות  
בתוך הכפפות והן אף מדיפות ריח רע.

פלסטרים מתרוממים ואינם מקבעים באופן בטיחותי את המחט ונחשפנו למקרים של  
שליפות מחט שגרמו לאיבוד דם רב של המטופלים (לא בטיחותי)

ב. **התבקים**: קשים לתפעול ואינם נוחים, החומר ההמוסטטי נידבק לקריש שנוצר ובשעת  
הוצאתו מוציא איתו את הקריש וגורם לפרץ דם.

מנגנון עצירת הדם של התבק מסכן את חיי הפיסטולה והגרפט(אקסס) משום שאין  
שליטה על חוזק הסגירה.

יש לציין שבערכה של פולק קימת רק ערכה אחת לחיבור ולניתוק וכתוצאה מכך ישנה  
חשיפה והחומר אינו סטרילי המצריך שימוש בפריטים נוספים כגון: טופרים סטרילים  
וחומר לצירת דימומים כגון: גילפום. (המייקר בעקיפין את מחיר הערכה) (לא בא לידי  
(ביטוי בעלזות הסט)

לאור כל האמור לעיל **אנו מבקשים את אישור הוועדה לקנות אך ורק מחב' אלטק**  
**את פריט 3 במכרז (הערכה + התבקים) והם חספס היחיד המתאים.**  
נרכשו 5000 סטים מחב' אלטק לנסיון וחמחלקה עדין בעמדתה.

בברכה,

ורד שני אחות אחראית בדיאלוזה

(רד שני)

י. הולצמן