

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095071429	שדרוג מכשיר אולטראסאונד מדגם ACUSON S2000

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מיוסי ורד

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	נבו מדיקל
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	514508712
מספר ספק בשיבא	45000
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$123,541 + מע"מ

אגף הדימות

י" אדר ב, תשע"ו
20 מרץ, 2016

לכבוד
מר גיל דר
מנהל מחלקת רכש
המרכז הרפואי
כאן.

מר דר הנכבד,

הנדון: בקשה לשדרוג מכשירי US ליחידה להדמיית השד.

בהמשך להצטיידות 2015, תכנית שלא הושלמה, אגף הדימות מבקש לשדרג שני מכשירי US ליחידה להדמיית השד שבאגף הדימות (מרכז מירב). ביחידה שני מכשירים מתוצרת חברת סימנס, שנרכשו בשנת 2009. מאז חלו התפתחויות מרחיקות לכת בטכנולוגיות מכשירי ה-US, גם בתחום השד.

נבדקו היצרנים השונים המייצרים ציוד למטרה זאת ע"י הרדיולוגיות שצריכות לעבוד עם המכשיר.

בבדיקה נמצא שתשובה הולמת נותנים רק המכשירים מתוצרת חברת סימנס מדגם ACUSON S2000, בעיקר בשל העובדה שרק מכשירי סימנס יכולים להתחבר למערכת-ABVS הקיימת והמבצעת US אוטומטי ממוחשב (לא דורש שדרוג) השדרוג הינו רק למערכות ה-US.

להלן הפרוט של הרכיבים והתוכנות שהם ייחודיים למכשיר מתוצרת סימנס שאינם קיימים אצל המתחרים:

1. השדרוג כולל מתמר 18L6 - מתמר שמאפשר סריקה בתווך עומקים גדול רציף ורחב (footprint 57MM)
2. תכנת eSie Imag מאפשרת התאמת תמונה ופיקוס אוטומטי במעברים בין רקמה לרקמה. (מותאם לעבודה עם מתמר 18L6).
3. eSie Touch Elasticity Imaging – תכנה הבודקת קשיחות יחסית של הרקמות המאפשרת אפיון רקמה על בסיס מידי.

שדרוג המערכות יאפשר גם אופציה להתקנה עתידית של תוכנות ייחודיות נוספות כמו:

1. multi-modality review – הבאת תמונות ממערכות דימות כמו MRI CT וכדומה לצפייה במקביל על מסך ה-US.
2. VTIQ עם מתמר 9L4 - אלסטוגרפיה כמותית.
3. קונטרסט – הדמיה עם חומר ניגוד

4. Fusion – מיזוג תמונות ממערכות דימוי אחרות כמו CT MRI בהדמיה פעילה של ה-

US

מצ"ב הצעת מחיר של חברת נבו מדיקל, נציגתה הבלעדית של חברת סימנס בישראל לציוד US.

לאור האמור לעי"ל יש לראות במציעה, חברת סימנס ספק יחיד היות והיא יצרנית המכשירים, ורק ציוד זה המתאים ביותר לדרישות.

אודה על טיפולך,

בברכה,



יוסי ורד
רנטגנאי ראשי

העתקים :
מר ב. לביא
ד"ר א. קונן
ד"ר מ. סקלייר
מר ס. בדר