

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **נימוקים והערות נוספות.**

חב' רמיסן הנס פיחיים שניצלן מתאמים
ביות 2
נס המכשירים בשביל שדה

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

בית	נס	בית
-----	----	-----



20-11-15

עבור : ועדת המכרזים

הנדון : סיכום בדיקת מכשירי לחץ שלילי לטיפול במצעים קשיי ריפוי
במהלך החודשים האחרונים בחנו מכשירי לחץ שלילי לטיפול במצעים קשיי ריפוי במספר מחלקות בביה"ח.
המכשירים שנבדקו שייכים לחברת כמיטק, גמידה וטרדיסגט. לחץ סיכום הממצאים שעלו תוך כדי בחינת המכשירים :

גמילה-

- o בשני מטופלים נוצרו שלפוחיות גדולות בשולי הפצע ככל הנראה כתוצאה לחבישה המשנית
- o צבצוף ה Alantol מאד שקט ולא נשמע עיני הצוות ובקושי עיני המטופל
- o חיבור ספוג ל VAC גדול יחסית, לא מתאים לפצעים קטנים.
- o המסדקטון, פחות נוח לתפעול
- o לא ניתן לתלייה על עמוד - מקשה במקרים שהמטופלים עם VAC חתם ניידים
- o יכולת ההדבקה של יריעות השקופות אינה טובה
- o ה Trac pad מרובע וגדול ולכן קשה לחבר לפצע ששטחו קטן

ברדיסגט - התקבלה הודעה ל Recall למכשירים . בנוסף לפי שיחה עם הסוכנת עדין אין אמ"ר למכשירים .

כמיטק - מכשיר ה KCI של חברת כמיטק מוכרת היטב לבידוד ונמצאת בשימוש שנים רבות תוך מתן מענה קליני מצוין וכן שירות מעולה של החברה לכל תקלה בזמן אמת, אספקת מתכלים, מתן מכשירים בעת מצוקה דבר שבא לידי ביטוי לאחרונה במבצע צוק איתן .
לחץ תכונות ייחודיות של המכשיר :

- o טווח הלחצים מאפשר טיפול גם באוכלוסיית הילדים המאושפזים במרכז הרפואי ע"ש שיבא (200-25 מ"מ כספית לעומת 200-40 מ"מ כספית).
- o ה Trac pad של חברת כמיטק חתם שקופה ומאפשרת לראות את החפרשות וצבען (בטרדיסגט הצגת אטומה)

- o ספוגים – ברשות החברה מגוון של ספוגים ייחודיים המאפשרים טיפול באטיולוגיות שונות של פצעים וכן עפ"י מצב הפצע כגון ספוג לבן שנתעד לשימוש בשתלי ערווהאלפים וכן מסייע בהגנה על איברים כגון גידים וכן ספוג כסף שנתעד לטיפול בפצעים מזוחמים.
- o Intensity setting – כיוון עוצמת הלחץ השלילי וקביעת מהירות הלחץ למיטת הפצע (ייחודי)
- o Digital wound image – מאפשר לצוות הרפואי לסמן את גבולות הפצע ע"י מעקב אחר חתקומות הריפוי (ייחודי)
- o Therapy history report – ניתן לאחסן במכשיר את המידע הטיפולי כולל היענות המטופל לטיפול (ייחודי)

לציון כי החברה מתחייבת לשדרג את כל 26 המכשירים הקיימים בביה"ח לדגם חדש מסוג Info Vac . בדגם זה אין צורך בהחלפת מסגרים כפי שהיה במכשירים הנוכחיים.

לחוות דעת זו מצטרפים פרופי הייק ודי"ר קכל (מצי"ב מייל של פרופי הייק).

לסיכום,

לאור כל הנכתב לעיל הריני לציון כי חברת כמיטק הינם היחידים שנמצאו מתאימים ביותר וממליצה לרכוש את המכשירים והמתכלים מחברה זו.

בברכה
 רחמה פרידמן
 מפקחת קלינית ביה"ח השיקומי
 מרכזת תחום פצעים וחבישות