

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

_____ **מדינת ישראל** _____ **קרן מחקרים**

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095054516	PHOTO SLIT LAMP MODEL : SL-D7

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

סרמדיק	שם הספק:
514631571	מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה
60600	מספר ספק בשיבא
_____ ספק חוץ	ספק זה הינו: ✓ _____ ספק יחיד
\$11,150 + מע"מ	אומדן / שווי ההתקשרות:
24 חודשים	תקופת ההתקשרות



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

10 במרץ 2016
מספרנו: יש/2016-0140
תיק: 5-1117, 3500

לכבוד
מר ברונז לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: מח' עיניים – חו"ד לרכישת מנורת סדק (SLIT-LAMP)

ביום 8.3.16 הועברה מנורת סדק דגם 900 בעלת מס' סד' 90026331, תוצרת חב' HAAG STREIT ממחלקת עיניים אל סקר מנהלים, עקב תקלה במנורת הסדר המצויה בשימוש בסקר ועל מנת לתת מענה בהול לנדרש.

במהלך ההעברה בין האתרים נפלה מנורת הסדק וניזוקה נזק מוחלט (רצ"ב מייל מיום 9.3.16). המכשיר יושבת.

בהתאם לבקשת פרופ' מויסייב, הדגם הנדרש הינו SL-D7 תוצרת חב' TOPCON שנרכש לאחרונה למחלקת עיניים באמצעות הזמנה מס' 11512473 (פריט 1), פועל יוצא למכרז מצ/11599268.

מומלץ לממש הרכישה בהקדם על מנת להחזיר את מחלקת עיניים לתפקוד קודם התרחשות האירוע המצטער.

למכרז הוגש מכשיר נוסף יחיד בעל 5 הגדלות שהינו דגם DSL-40H מתוצרת KELLER, אשר נפסל ע"י רופאי מח' עיניים (ראה מכתב פרופ' מויסייב מיום 25.8.15).

מאחר ולמכרז הוגשו רק 2 דגמים הכוללים 5 הגדלות ודגם אחד נפסל, נותר רק הדגם המבוקש אותו יש לממש.

ניתן לפיכך לממש הרכישה כפועל יוצא לכך שנבחנו 2 דגמים ורק אחד ענה לנדרש ובנוסף יש אחידות במכשור לשימוש ולתחזוקה שגם לה (לאחידות) חשיבות גדולה.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים כמקובל במוסד.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת

העתק: פרופ' י. מויסייב