





אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד


מס' ועדה: <u>161737</u>	יחידה מזמינה: <u>המטולוגיה</u>
	מהות הרכישה: <u>FACS</u>
ערך בשקלים: _____	סכום הרכישה מטבע ספק: <u>716,391 ש"ח (כולל מע"מ)</u>
	ספק פוטנציאלי: <u>בקטלאב</u>


הוועדה התכנסה בתאריך 20.3.16 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)

חתימות המאשרים:


רויח שירי בן זאב


שמואל עמר


עוייד רות פרי


יוסי שחור

16 בפברואר 2016

סימוכין: 14-02

לכבוד
וועדת רכישות
כאן

**הנדון: רכישת אנלייזר תאים מסוג Flow Cytometer עבור מעבדה
המטולוגית**

במעבדה המטולוגית נדרש אנלייזר תאים מסוג Flow Cytometer לצורך בדיקות המטולוגיות קליניות רבות פרמטרים של המבנה הפיזי והכימי של תאי דם ומח עצם.

במעבדה קיים מכשיר אחד כמתואר למעלה, דגם FACS CANTO 2, תוצרת חברת Becton Dickinson ונדרש מכשיר נוסף.

המכשיר החדש צריך להיות בעל שיטת מדידה ועיבוד זהים בשימוש באותם ריאגנטים כמו של המכשיר הקיים במעבדה המטולוגית היות שהמכשירים משמשים לבדיקה ומעקב ממושך של אותם חולים, ויש צורך בקבלת תוצאות זהות ועקביות, וכדי שיהיה אפשר להשוות בין התוצאות השונות של אותם חולים במשך תקופת המעקב. מדובר בחולים עם מחלות המטולוגיות ממאירות, שנמצאים במעקב ממושך בביה"ח ולא ניתן לעשות הרמוניזציה (השוואה) מדויקת בין מכשירים כאלו מחברות שונות.

מבדיקות שערכנו (התייעצות עם מומחים, שיחות עם ספקים, חיפוש באינטרנט) מתברר שלחברת בקטלב ישנו מכשיר ייחודי התואם את דרישות המחלקה המפורטות למעלה – אנלייזר תאים מסוג

Flow Cytometer - דגם FACS CANTO 2, תוצרת חברת Becton Dickinson מדובר בציוד ייחודי, ולכן, לאור נתונים אלה, יש לראות בחב' בקטלב (הנציג הרשמי ובלעדי של היצרן בארץ) ספק יחיד למקרה זה.

למכשיר אישור אמ"ר המבוסס על אישור CE כנדרש.

בברכה,

לנה ויסמן
ראש מדור פנימיות ומעבדות רפואיות
מחלקת הנדסה רפואית