

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הקריאה בית לבריאות
יחידה מזמינה:	11" N
תאריך:	14.08.16

קרון מחקרים _____




אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095077095	מכשיר חימום לעירווי נחלים נייד WARRIOR

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן



האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	שלדג מחנאות וספורט
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	511362279
מספר ספק בשיבא	81720
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	50,787 שח' + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1 ביוני 2016
מספרנו: עש/0317-2016
תיק: 2001, 1116-2

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן
נכבדי,

הנדון: בינוי 2016/מיון/שלב ב' - חו"ד לרכישת מכשיר לחימום עירוני
מכתבו של דר' גיקי אור מיום 09.03.16

1. לחדרי ההלם במיון נדרשת רכישת המכשיר שבנדון בכמות של 3 יח'.
 2. במיון נבדק דגם warrior תוצרת QinFlow ונמצא מתאים לשימוש בנפחים גדולים ומהירויות גבוהות בהתאם לאופן העבודה במיון ובפרט בחדרי הלם.
 3. מאפייני המערכת הנדרשים:
 - חימום עד 37°C ברמת דיוק של $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
 - Max flow rate 290 ml/min
 - ביצועים נשמרים גם בטמפ' אינפוט נמוכה של עד 4°C .
 - זמן הפעלה וחימום קצרים. Warm up 11 sec.
 - הפעלה באמצעות סוללה נטענת. תתאפשר עבודה בנפחים ומהירויות גבוהים גם כאשר המכשיר מופעל על ידי סוללה.
 4. ההדגמה בפועל נתנה מענה מבחינת מאפיינים והמערכת נמצאה מספקת מבחינת טמפ' עבודה בנפחים גבוהים ומתאימה לדרישות הטיפול בחדרי הלם במיון. למען הסר ספק, מחממי הנוזלים הנרכשים סדיר עבור בית החולים לא נותנים מענה לדרישות המפורטות.
 5. יש לממש הצעת מחיר של חברת שלדג למכשיר Warrior תוצרת QinFlow. יש לממש את הצעת המחיר במלואה בכמות של 3 יח'. חברת QinFlow הינה ספק בלעדי לרכישה זו מאחר ורק הדגם מתוצרתה נותן מענה לנדרש על כל המשתמע מכך.
- יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.
- יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעה + סימוכין

העתקים: דר' אור יעקב
דר' עירוני אבינח
גב' הרץ דבורה