

י"ז אייר תשע"ו
25 מאי 2016

אל:
משתתפי המכרז שבנדון

א.ג.נ.,

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100035137
"להספקת הצבת 3 תחנות ניטור בנחלי אגו ההיקוות של הירדן הדרומי, התקנתן ותחזוקתן"

להלן ריכוז שאלות ותשובות הבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס'ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	מסמכי מכרז	1.3	האם יש תחנות ניטור דומות או זהות פעילות כיום והאם ניתן לבקר בהן?	היום קיימות מס' תחנות ניטור, עם מס' פרמטרים כימיים מצומצם מהמבוקש במכרז, שאפשר לבקר בהן (תחנת גשר הישנה, תחנת אתר הטבילה).
2.	מסמכי מכרז	3.1.2	מאחר שאנו נדרשים לתמחר התקנת המערכת באתרי המדידה אנו מבקשים לקיים סיור מקדים באתרים, לצורך הערכת העלויות	3 אתרי התחנות משוערים ולא נקבעו סופית. יתקיים סיור מציעים (לא חובה) בתאריך 5.6.2016 בשעה 10:30. נקודת מפגש בצומת חמדיה כביש 90, תחנת דלק דור אלון.
3.	מסמכי מכרז	3.1.2	האם אתרי ההתקנה קיימים כבר ומוכנים להתקנה?	לא.
4.	מסמכי מכרז	3.1.1	נדרש ככל. מן הסתם לחיבור אוגר הנתונים והמולטיפרום, אך לא צוין אורך הכבל הנדרש. נא פרטו.	סעיף 3 וסעיף 4 בהצעת המחיר יתוקנו. נדרש לתמחר מטר של כבל. האורך הסופי ייקבע בהתאם לתנאי השטח
5.	מסמכי מכרז	3.1.1	במכרז מפורט" (6) חיישן מוליכות חשמלית בשילוב חיישן טמפרטורה. "מהידוע לנו, לרוב מתבצעת המדידה בנפרד. אנו מבקשים לאפשר להציע חיישן מוליכות וחיישן טמפרטורה בנפרד.	נדרש חיישן הבודק במשולב טמפרטורה ומוליכות. הדרישה במכרז לא תשתנה.
6.	מסמכי מכרז	3.1.1	הדיוק הנדרש מחיישן המוליכות החשמלית (6) מוגדר ביחידות שאינן יחידות של מוליכות μS , ואינן דיוק באחוזים - mScm 1 שאינן יחידות של מוליכות נא בדיקתכם.	יחידות $\mu S/cm$, מיקרוסימנס/לסנטימטר, ו mS/cm מיליסימנס/לסנטימטר הן יחידות של מוליכות חשמלית.
7.	מסמכי מכרז	3.1.1	הדיוק הנדרש מחיישן החמצן המומס (8) גבוה מהמקובל בשוק. האם ניתן להציע דיוק $\pm 0.2mg/L \pm 1\%$?	תנאי הסף לא ישתנה

		התשלום יינתן לאחר התקנת כל תחנה בנפרד כמפרט במסמכי המכרז	האם הכוונה בסעיף זה כי התשלום יינתן עבור כל תחנה בנפרד?	8.3.1	מכרז
ב	ברכה,	בטבלת ריכוז הנספחים נפלה טעות סופר והיא תתוקן. למכרז זה לא קיים מפרט מקצועי	ב"טבלת ריכוז הנספחים מופיע פעמיים נספח ב' כאשר אחד מהם הוא מפרט מקצועי. "לא מצאנו מפרט כזה במסמכי המכרז למעט הטבלה המפורטת בסעיף 3.1.1 נא בדיקתכם.	-	
ו		כך.	תחזוקה שוטפת (קומפלט) חצי שנתית – כי יחידת של הפריט כוללת תחזוקה של כל 3 התחנות למשך חצי שנה.	פרק א' – נספח 19	עדת מחיר
מ	עדת מכרזים	יש לצרף להצעה המקורית והעתקים לעותקים	המסמכים המנהליים, האם הכוונה כאן למסמכי הסף (אישור ניהול ספרים, נסח חברה וכו'), אם לא היכן צריך לשים אותם?	15.5.3.1 – פרק 1 – עמ' 13	מכרז
		בסעיף 15.5.3.3. במסמכי המכרז נפלה טעות קולמוס – במסגרת פרק זה על המציע לצרף את הנתונים המקצועיים והטכניים של התחנות המוצעות על-ידו לשם בחינת עמידתן בתנאי הסף הקבועים במכרז ומתן ניקוד האיכות.	באיזה פרק עלינו לתאר את התחנות המוצעות ואת הפרטים הטכניים של המכשירים והחיישנים?		לי
		מינימום 4 עדכונים ביום, הכול בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של הרשות.	מה תדירות עדכון הנתונים באתר ? (יומית/שעיתית/אחר)	פרק 3 – סעיף 3.1.3	מכרז
		א. הספק. ב. יש להכניס את העלות לסעיף 19 בהצעת המחיר.	א. מי נושא בעלויות התקשורת הסלולרית ואחסון אתר האינטרנט? ב. אם הספק נושא בעלויות, האם יש להכניס את העלות החצי-שנתית לסעיף התחזוקה (19) שבהצעת המחיר או לעדכן את הטופס כך שיופיעו בנפרד?	פרק 3 – סעיף 3.1.3	מכרז
		בסעיף זה במכרז נפלה טעות סופר והיא תתוקן.	נדרש למלא נספח ט(1), אך במסמכי המכרז נמצא רק נספח ט. האם לזה הכוונה?	פרק 5 – סעיף 5.1.1	פחים
		המדובר בטעות סופר – הסעיף יימחק.	פרק זה מתייחס לכח האדם המוצע ושינויים בו. לאיזה כח אדם הכוונה?	פרק 13	מכרז
		כך.	נדרש לספק "המלצות". האם ניתן לתת שמות ופרטי קשר של ממליצים, כנהוג ברוב המכרזים?	פרק 15 – סעיף 15.5.3.5	מכרז