



משרת ישראל

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית  
מחלקת רכישות ומכירות  
טלפון : 08-9124485 , פקס : 086476003  
19 ספטמבר 2016

-עדכון מס' 5-

### הנדון : מכרז פומבי מספר 65/2016 - רכש מכשירי גז כרומטוגרף

אנו מעדכנים ומבהירים את מסמכי המכרז והמפרט כדלקמן :

#### **מפרט 27/15**

1. סעיף 2.2.3 :
  - 1.1. הדרישות מתייחסות לfast gc.
  - 1.2. תחום הפעלת התנור – ללא שינוי.
  - 1.3. עדכון : טווח הטמפרטורות לקירור התנור מ  $350^{\circ}\text{C}$  ל  $50^{\circ}\text{C}$ .
2. סעיף 2.2.4 :
  - 2.1. בדיקת הרגישות תתבצע לפי נהלי היצרן.
  - 2.2. תחום מסות – ללא שינוי.
  - 2.3. מהירות סריקה המעודכנת : לכל הפחות  $10,000\text{u/s}$ .
  - 2.4. פילמנטים במערכת - ניתן יהיה לקבל גם אפשרות למכשיר הכולל פילמנט בודד אך בעל משך חיים כפול בכפוף להוכחות מעשיות.
3. סעיף 2.2.5 (תתי סעיפים 6-7) :
  - 3.1. הברקוד בהיקף הבקבוקון בצורה אופקית.
4. סעיף 2.2.6 (תתי סעיף 4) :
  - 4.1. הזוכה יספק תוכנת הפעלה בעלת אפשרות להפעלת המכשור וניתוח הנתונים ב-15 מחשבים המחוברים לרשת המשטרתית "טלי".
5. סעיף 2.2.7 :
  - 5.1. נפח דיסק גיבוי נתונים לא יפחת מ-1000GB.
6. סעיף 5.2.4 : מבוטל.
7. סעיף 5.2.8 : עם המכשיר תסופק קולונה באורך 15 מ' עם ציפוי של 5% פנילמתיל סיליקון.
8. סעיף 6.1.1 : מבוטל.
9. סעיף 6.3.2 : הבדיקות יבוצעו ע"פ נהלי היצרן ובנוסף יוזרקו חומרי ייחוס כמפורט במכרז.

10. סעיף 10:

- 10.1. אחריות- לא תהא תקפה במקרים של פעילות בניגוד להוראות יצרן ו/או כוח עליון .  
10.2. כיוול – במסגרת תקופת האחריות תבוצע בדיקת הפעלה וביצועים מלאה.

### מפרט 156/2015

11. סעיף 2.1.5: מבוטל.

12. סעיף 2.2.3 – ראה התייחסות למפרט 27/15.

13. סעיף 2.2.4:

13.1. הקטנת סף הרגישות - רמת הרגישות של הגלאי לא תהיה קטנה מ- 3 pg

carbons/sec בבדיקת פחמימנים.

13.2. קצב איסוף נתונים - לא יהיה קטן מ- 300 Hz .

13.3. גלאי ללא צורך ב-makeup gas :

13.3.1. במסגרת מרכיב האיכות בשלב שקלול ההצעות במכרז (סעיף 17.2.1), יקבל 7 נק'

גלאי הפועל בתצורה הנ"ל .

13.3.2. במקרה בו יוצע מכשיר בעל מגדל הזרקה של 12 עמדות ובנוסף בעל גלאי ללא צורך

ב-makeup gas - יקבל 7 נק' בלבד ולא יקבל נקודות מצטברות .

14. סעיף 2.2.6:

15.1. תת סעיף 6 - ר' תשובה לעיל.

15.2. תת סעיף 10 – מבוטל.

15.3. תת סעיף 13 - ר' תשובה לעיל.

15.4. תתי סעיפים 16,17,18,19 – מבוטלים.

15. סעיף 2.2.7: נפח דיסק גיבוי נתונים לא יפחת מ- 1000GB.

16. סעיף 5.2.4: מבוטל.

17. סעיף 6.1.1: מבוטל.

18. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום ג' בתאריך 25/10/2016 בשעה 14:00.

19. בשאר פרטי המכרז לא חל כל שינוי .

20. לידיעתכם.

בברכה,

החלק יפת  
מדור רכש ואמצעים

העתק:  
רמ"ד ניתוב ובקרה  
תיק מכרז