



מכרז פומבי לאספקת ציוד הגנה מקרינה
למרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל- השומר

מכרז מס' מצפ / 11699390

| <u>מס' עמודים</u> | <u>התוכן</u> |
|-------------------|--------------------------|
| 1 | עותק מנוסח הפרסום הפומבי |
| 1 | דף משלים |
| 4 | דפי הצעת המחיר |
| 4 | דף דרישות (נספח א') |
| 3 | דפי תנאים כלליים |

יולי 2016

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר



דף משלים למכרז פומבי לאספקת ציוד הגנה מקרינה למרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל- השומר

(מכרז מס' מצפ / 11699390)

1. הרינו מבקשים הצעות מחיר לאספקת ציוד הגנה מקרינה ע"פ הדרישות המופיעות במסמכי המכרז.
2. את הצעת המחיר יש להגיש בדפי "הצעת המחיר" המצורפים למסמכי המכרז.
3. הצעתכם תהיה בתוקף לפחות – 6 – חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעה.
4. תינתן העדפה של המחיר לרכישת טובין מתוצרת הארץ שמחירם אינו עולה על מחיר ההצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת 15% ובתנאי שיצרף אישור רו"ח בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה - 1995 בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.
5. להצעת המחיר יש לצרף את המסמכים הבאים (סעיף א' - ב' הם דרישת סף):
 - א. ערבות בנקאית בגובה 25,000 ₪, ותהיה בתוקף עד לתאריך 22/11/2016.
לא יתקבלו תחליפים לערבות הבנקאית כגון: צ'ק, מזומן או "הקפאת כספים".
 - ב. האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומים חובת מס) תשנ"ו 1976.
 - ג. ציוד הקרינה על כל מרכיביו, חייב לעמוד בכל התקנים והדרישות הישראלים ובינלאומיים (כגון FDA ה-CE) כולל דרישות משרד התמ"ת ושאר רשויות פיקוח על קרינה מייננת בארץ.
 - ד. אישור רו"ח בדבר שיעור המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.
 - ה. יש להגיש אישור א.מ.ר בעת הגשת ההצעה.
 - ו. – 3 - דפי "תנאים כלליים לאספקת טובין" חתומים בדף האחרון בצרוף חותמת החברה.
 - ז. עותק הקבלה עבור רכישת מסמכי המכרז.
6. תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים עם אופצייה של בית החולים ע"פ שיקול דעתו להתקשרות נוספת של 4 תקופות נוספות בנות 12 חודש כל אחת.
7. המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז בהתאם לתקנה 7(א) ו/או לקיים הליך תחרותי נוסף בהתאם לתקנה 17ה' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (היה והפער הכספי בין ההצעות הזוכות יהיה קטן מ 10%) וכן שומר המזמין לעצמו את הזכות לפצל את העבודה בין מספר ספקים.
8. תשומת לבכם מופנית להערות שמופיעות בדפי הצעת המחיר.
9. כמו כן חשוב לציין כי דף הדרישות המצ"ב (נספח א') הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.



המרכז הרפואי עייש ת. שיבא, תל השומר
צעת מחיר למכרז לאספקת ציוד הגנה מקורונה - מס' מכרז: 11699390

| מס' סדורי | מק"ט בנת החולים | תיאור הפריט | יחידת מידה | כמות שנתית משוערת ב-UN | מחיר ליחידה בודדת | כמות בארזה | משבע | מק"ט ספק | סה"כ |
|-----------|-----------------|------------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------|------|----------|------|
| 1 | 1011902202 | מגן תרדואיד | UN | 300 | | | | | |
| 2 | 1011902210 | משקפי מגן | UN | 50 | | | | | |
| 3 | 1096862651 | חלוק מגן קורונה - כל הגדלים | UN | 100 | | | | | |
| 4 | 1098020415 | הצאות ווסט לגנשים - כל הגדלים | UN | 100 | | | | | |
| 5 | 1098075914 | הצאות ווסט לגנברים - כל הגדלים | UN | 100 | | | | | |
| 6 | 1098708795 | קולב מחכת לחלוק עופרת | UN | 20 | | | | | |
| 7 | 1098910680 | קיר מגן נייד | UN | 20 | | | | | |
| 8 | 1098910698 | עגלות להליית חלוקים / חליפות מיגון | UN | 20 | | | | | |
| 9 | 1098910706 | מגן מיטה תחתון | UN | 10 | | | | | |
| 10 | 1098910714 | מגן עליון | UN | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| סה"כ | | | | | | | | | |
| מע"מ 17% | | | | | | | | | |
| סה"כ | | | | | | | | | |

• התענה תיא :

EX WORK CIF FOB מלאי

• **במידה וההצעה היא איננה מלאי נא לציין את הפרטים הבאים :**

נפח :

משקל :

היעד ממנו יש לאסוף את הטובין :

היטל החל על המוצר :

חתימה _____

טלפון _____

איש קשר _____

כתובת _____

שם החברה _____

הערות למכתר מס' מצפ / 11699390

תנאי סף

- א. פריטים שלא נוסו ו/או נרכשו עד ע"י בית החולים ושויצעו ע"י הספק, ירכשו ע"י בית החולים רק לאחר ניסוי ואישור של המורמים המקצועיים וללא תלית במחיר.
- ב. הספק מתבקש לרשום ליד כל פריט שהוא מציע ושאינו בשימוש בשיבא אילו בתי חולים ציבוריים משתמשים בו ולצרף עפ"י שיקולו חו"ד/המלצות של בתי חולים אחרים כולל רשימת אנשי קשר.
- ג. הספק הזוכה הוא זה שיעמוד בדרישות המקצועיות של המומחה בב"ח ובהתאמה לסוגי החולים ומחלתם שיטופלו.
- ד. הפריט יהיה חדש, לא מחדש והשימוש בו יהיה חד פעמי ולא ממוחזר.

תנאים נוספים

- א. הפריטים ירכשו ישירות מהיבואנים או מיצרן מקומי.
- ב. הספק מתבקש לצרף קובץ ממוחשב של כל הפריטים המופיעים כולל מק"ט ספק + ברקוד.
- ג. אם קיימים לספק פריטים נוספים באותה קבוצה שלא מופיעים במכתר (כגון גדלים שונים או יעוד זהה) רשאי הספק להוסיף אותם בהצעתו מבלי שבית החולים יחייב לשקלל פריט זה בהחלטתו לרכש הפריט.
- ד. מימוש המכתר במלואו או חלקיותו נגזר מיכולות תקציביות של בית החולים ושיפורים טכנולוגים החלים בשוק והצרכים המקצועיים של המשתמשים במועד קבלת ההחלטה על השימוש.
- ה. יש לשים לב לדף הדרישות המצ"ב (נספח א') שהינו חלק בלתי נפרד מהמכתר.

הצהרת הספק

את הציוד נוכל לספק תוך _____ שבועות, ממועד קבלת הזמנתכם.

אם להצעה מצורפים קטלוגים ומסמכים רלוונטים אחרים לגבי טיב הציוד נא לפרט את המסמכים המצורפים:

מצורפים בזה המסמכים הבאים (למכרז מס' מצפ/11699390) :-

- א. ערבות בנקאית בסך 25,000 ₪ ותהיה בתוקף עד לתאריך 22/11/2016.
- ב. האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי חובת מס) התשל"ו – 1976.
- ג. אישור א.מ.ר בתוקף בעת הגשת ההצעה.
- ד. ציוד הקרינה על כל מרכיביו, חייב לעמוד בכל התקנים והדרישות הישראלים ובינלאומיים (כגון FDA ה-CE) כולל דרישות משרד התמי"ת ושאר רשויות פיקוח על קרינה מייננת בארץ.
- ה. אישור רו"ח בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.
- ו. 3 - דפי הסכם "תנאים כלליים לאספקת טובין" חתומים בדף האחרון בצרוף חותמת החברה.
- ז. צילום קבלה על רכישת מסמכי המכרז.

תפקידו: _____

שם החותם: _____

תאריך: _____

חתימה _____

המחלקה לבטיחות גהות תעסוקתית וסביבתית

נספח א'

דרישות למכרז לרכישת אביזרי מיגון בפני קרינה מייננת

מכרז מס' מצפ / 11699390

1. נדרשת הצעת מחיר לרכישת אביזרי מיגון בפני קרינה מייננת כדלקמן:

- א. חלוקים/חליפות הגנה – 300 יח'.
- ב. מגני בלוטת התריס – 300 יח'.
- ג. משקפי הגנה בפני קרינה – 50 יח'.
- ד. עגלות לתליית חלוקים/חליפות – 20 יח'.
- ה. קולבים לתליית חלוקים/חליפות – 20 יח'.
- ו. קיר מגן נייד – 20 יח'.
- ז. מגן מיטה תחתון – 10 יח'.
- ח. מגן עליון – 10 יח'.

2. להלן פירוט הדרישות לאביזרים הנ"ל:

- א. דרישות עבור חלוקי/חליפות ההגנה מפני קרינה ומגני בלוטת התריס לשימוש כללי.
 1. יש להציע הצעות עבור דגמים של חלוקים ו/או חליפות (vest + skirt) הגנה לשימוש רפואי כללי בעלי שתי רמות שונות של הגנה מפני קרינת רנטגן.
חלוקים/חליפות המספקים הגנה שוות ערך ל- 0.35 מ"מ עופרת מצידו הקדמי של החלוק/חליפה וכן חלוקים/חליפות המספקים הגנה שוות ערך ל- 0.5 עופרת מצדו הקדמי של החלוק/חליפה.
 - א. עבור רמת ההגנה הנמוכה יותר: חלוקי/חליפות ההגנה יספקו הגנה שוות ערך ל- 0.35 מ"מ עופרת (ולא פחות מ- 0.35 מ"מ) לכל רוחבו/וגובהו/ה של הצד הקדמי של החלוק/חליפה וכן הגנה שוות ערך ל- 0.16-0.25 מ"מ (ולא פחות מ- 0.16 מ"מ) לכל רוחבו/ה וגובהו/ה של הצד האחורי של החלוק/חליפה.
ההגנה באזורי החפיפה הקדמיים לא תפחת משווה ערך של 0.35 מ"מ עופרת.
ההגנה באזורי החפיפה האחוריים לא תפחת משווה ערך של 0.16 מ"מ עופרת.
 - ב. עבור רמת ההגנה הגבוהה יותר: חלוקי/חליפות ההגנה יספקו הגנה שוות ערך ל- 0.5 מ"מ עופרת (ולא פחות מ- 0.5 מ"מ) לכל רוחבו/ה וגובהו/ה של הצד הקדמי של החלוק/חליפה וכן הגנה שוות ערך ל- 0.25 מ"מ (ולא פחות מ- 0.2 מ"מ) לכל רוחבו/ה וגובהו של הצד האחורי של החלוק/חליפה.
ההגנה באזורי החפיפה הקדמיים לא תפחת משווה ערך של 0.5 מ"מ עופרת.
ההגנה באזורי החפיפה האחוריים לא תפחת משווה ערך של 0.2 מ"מ עופרת.

המחלקה לבטיחות גהות תעסוקתית וסביבתית

2. חלוקי/חליפות ההגנה חייבים לכסות את כל גופו של העובד ולרדת כ- 10-5 ס"מ מתחת לברכיים. טווח האורכים של חלוקי/חליפות ההגנה הנדרש ינוע בין 80 ס"מ ל 120 ס"מ. האורכים של החלוקים/החליפות יותאמו באופן אישי לכל עובד.
3. חליפות ההגנה חייבות ליצור/לספק חפיפה של כ-10 ס"מ בין החומר המגן של החלק העליון של החליפה לחומר המגן של החלק התחתון של החליפה.
4. ציוד ההגנה יתבסס על חומר הגנה מהסוג המתקדם ביותר המסוגל, בין היתר, לספק הגנה מפני קרינה עפ"י הדרישות בסעיף 1 במשקל נמוך ככל האפשר של המעיל/חליפת העופרת.
תינתן עדיפות לציוד בעל המשקל נמוך יותר של החלוק/החליפה/מגן בלוטת התריס ביחס לרמת הגנה זהה.
חובה לציין את מרכיבי החומר ואת משקלו של כל מעיל/חליפה.
5. חלוקי/חליפות ההגנה חייבים להיות נוחים וידידותיים למשתמש.
6. הציפוי החיצוני של חלוקי/חליפות ההגנה חייב להיות רחיץ.
7. סגירת חלוקי/חליפות ההגנה תעשה בעזרת רצועות סקוץ'.
8. חלוקי ההגנה יספקו עם חגורות לפיזור וחלוקת נטל המשקל בין הכתפיים למותניים. **מודגש בזאת, כי החגורות חייבות להיות צמודות אל החלוקים באמצעות תפירה וזאת ע"מ למנוע את הפרדתן מהמעילים.**
9. מגני בלוטת התריס יספקו הגנה מקרינה שוות ערך ל 0.5 מ"מ עופרת. תינתן עדיפות למגני בלוטת התריס היוצרים חפיפה והתאמה בין החומר המגן של בלוטת התריס לבין החומר המגן של חלוקי חליפות ההגנה.
10. יש להציע מגוון צבעים אפשריים של חלוקים/חליפות ומגני התריס. חייבת להינתן אפשרות לבחירת הצבעים של פרטי ההגנה ע"י העובדים.

ב. דרישות נוספות עבור חלוקי/חליפות הגנה מפני קרינה ומגני בלוטת התריס לשימוש ביחידת הצנתורים, יחידת אנגיו ויחידות נוספות העוסקות בביצוע שיקופים רבים וממושכים:

1. חלוקים ו/או חליפות (vest + skirt) ההגנה יספקו הגנה שוות ערך ל- 0.5 מ"מ עופרת (ולא פחות מ 0.5) לכל רוחבו/ה וגובהו/ה של הצד הקדמי, אזורי הכתפיים וצדדיו של החלוק/חליפה וכן הגנה שוות ערך ל- 0.25 מ"מ לכל רוחבו/ה וגובהו/ה של הצד האחורי של החלוק/ חליפה.
ההגנה באזורי החפיפה הקדמיים לא תפחת משווה ערך של 0.5 מ"מ עופרת.
ההגנה באזורי החפיפה האחוריים לא תפחת משווה ערך של 0.25 מ"מ עופרת.

המחלקה לבטיחות גהות תעסוקתית וסביבתית

2. חלוקי/חליפות ההגנה חייבים להיות נוחים וידידותיים במיוחד וזאת ע"מ להקל ככל האפשר על המשתמשים בביצוע פעולות רפואיות רבות וממושכות. תיתן עדיפות לחלוקים/ חליפות קלים במיוחד, בעלי עיצובים נוחים, הכוללים ריפודים באזורי הכתפיים ועוד, בעלי יכולת גבוהה של פיזור וחלוקת המשקל בין הכתפיים לאגן.

ג. דרישות עבור משקפי הגנה מפני קרינה :

1. משקפי ההגנה יספקו הגנה לעיניים (לרופאים, רנטגנאים, אחיות ועוד) מפני קרינת רנטגן (ביחידת צנתורים, יחידת אנגיו ומכונות שיקוף רפואי קבועות וניידות נוספות) שוות ערך ל- 0.5 מ"מ עופרת בחלקם הקדמי (הפרונטלי) וכן משני צידיהם.
2. יש להציע דגמים של משקפי הגנה המאפשרים את הרכבתם מעל משקפי ראייה אופטיים.
3. תינתן עדיפות למשקפיים נוחים וקלים במיוחד המספקים פתרונות לאוורור ומניעת הזעה במהלך ביצוע פרוצדורות רפואיות ארוכות.

ד. דרישות עבור עגלות תלייה של חלוקי/חליפות ההגנה

הספקים מתבקשים להציע הצעות עבור קולבי תלייה וכן עבור שני דגמים של עגלות לתליית חלוקי / חליפות הגנה:

1. עגלות בעלות "קיבולת" תלייה של 5-6 חלוקים/חליפות הגנה ע"ג קולבים.
2. עגלות בעלות "קיבולת" תלייה של 10-12 חלוקים/חליפות הגנה ע"ג קולבים.
3. קולבי תלייה המותאמים לתליית חלוקים/חליפות הגנה מפני קרינת רנטגן.

ה. דרישות עבור קיר מגן נייד :

1. גובה – 185 ס"מ לפחות.
2. רוחב – 76 ס"מ לפחות.
3. יכלול בחלקו העליון חלון שקוף ברוחב 67X76 ס"מ לפחות, עובי שווה ערך ל- 2 מ"מ עופרת לפחות.
4. יכלול בחלקו התחתון קיר בעובי שווה ערך ל- 1.5 מ"מ עופרת.
5. יכלול 4 גלגלים איכותיים (שניים מהם עם מעצור).
6. יכלול הגנה בעובי שווה ערך ל- 1.5 מ"מ עופרת בין תחתית הקיר עד 1-2 ס"מ מהרצפה.

המחלקה לבטיחות גהות תעסוקתית וסביבתית

ו. דרישות עבור מגן תחתון למיטה :

1. רוחב של 80 ס"מ – יש להציע רוחבים נוספים.
2. אורך של 70 ס"מ – יש להציע אורכים נוספים כולל מעל המיטה.
3. עובי – שווה ערך ל- 0.5 מ"מ עופרת.

ז. דרישות עבור מגן עליון (יורד מהתקרה או ע"ג מנשא מהרצפה) :

1. מגן אקרילי שקוף בעובי שווה ערך ל- 0.5 מ"מ עופרת.
2. פסים גמישים לרוחב המגן באורך של 35 ס"מ ובעובי שווה ערך ל- 0.5 מ"מ עופרת.

3. יש לציין במפורש עמידתו של ציוד המיגון המוצע :

- א. בתקנים ישראלים ובינלאומיים מחייבים (כגון: FDA, CE וכו').
 - ב. בדרישות של משרד התמ"ת ושאר רשויות פיקוח על קרינה מייננת.
4. להצעת המחיר יש לצרף מסמכים נלווים ורלוונטיים מטעם היצרן להוכחת עמידה בתקנים וקיום הדרישות. כמו כן יסופקו קטלוגים לכל האביזרים המוצעים.
 5. מובהר ומודגש בזאת כי יתקבלו הצעות למכרז רק של חברות אשר ציודן הועמד לבחינה ובדיקת התאמה של אגף הדימות ויחידת הצנתורים של המרכז הרפואי ע"ש שיבא (ונמצא מתאים ועונה על כל הדרישות).
 6. הצעות הספקים חייבות לכלול מחירים, זמני אספקה ותקופת האחריות עבור הציוד. נדרשת תקופת אחריות של שנתיים לפחות עבור הציוד המוצע.
 7. הספקים חייבים לכלול בהצעתם עלויות שרותי תיקון לציוד המוצע.
 8. הספקת הציוד תעשה עפ"י דרישה ובתאום עם ביה"ח שיבא.

מדינת ישראל

תנאים כללים לאספקת טובין

1. הגדרת הטובין:

הטובין שבהזמנה שיופקו למזמין יהיו בהתאם לאמור בהזמנה, במיפרט, בתרשים, ובכל מסמך אחר שיצורפו להזמנה (להלן - "המיפרטים") ויהיו זהים לדגמים שנקבעו ע"י שני הצדדים, ואם לא נקבעו מפרטים, או דגמים, יהיו הטובין המוזמנים ממיטב האיכות, החומר והאומנות המקובלים במדינת ישראל בזמן ההזמנה.

2. חומרים/ ציוד/ כלי עבודה:

כל חומר- בין מעובד ובין בלתי מעובד- כל מבלט ומכשיר, לרבות כל טובין אחרים, שהמשרד מזמן לזמן מסרם וימסרם לספק למטרת אספקת הטובין (להלן - "החומרים") וכן המיפרטים, הדגמים הינם, יהיו, ייחשבו ויישארו בבעלות המשרד בלבד, והספק מתחייב לא להשתמש בהם למטרה אחרת, לא להחליפם, לא למכרם, לא למשכנם, לא לשעבדם, לא למסור לאחר את השימוש בהם ולא להוציאם באופן אחר מבעלות המשרד. נמסרו לספק חומרים לייצור הטובין- קבלתם ע"י הספק תשמש הוכחה, כי היו בעלי איכות טובה ומתאימה להזמנה, אלא אם כן הספק הוכיח אחרת תוך זמן סביר. כל עוד החומרים יימצאו ברשותו או בפיקוחו, חייב הספק- על חשבונו הוא לאחסנם במקום ובאופן מתאים, לשמור ולהשגיח עליהם. הספק יהא אחראי לאובדן או לנזק לחומרים, או לכל חלק מהם, הנובעים מסיבה כלשהי- בין שהיתה, או שלא היתה רשלנות מצדו, או מצד כל אדם אחר. כמו כן לפי דרישת המזמין ובהתאם להוראותיו יבטח הספק את החומרים. חומרים שהספק מספק למטרת אספקת הטובין האמורים, יהיו מאיכות כפי שנקבע במיפרט שבהזמנה או בנספח שצורף להזמנה.

3. בדיקת הטובין:

מבלי לפגוע בכל תנאי אחר מתנאי ההזמנה- המזמין או בא כוחו רשאי לבדוק את הטובין המוזמנים בכל שלב משלבי ייצורם, או הספקתם לפני קבלתם, בשעת קבלתם, או אחרי קבלתם, והספק ירשה לניזמן לבדוק או הטובין בכל עת מתקבלתם ל הדעת, ולצורך זה יינתן לו דוגמאות מבלי לדרוש את תמורתן. המזמין רשאי לסרב לקבל את הטובין המוזמנים כולם, או מקצתם- אם לדעתו אינם מתאימים לדגמים ולמיפרטים, או אם הם זקוקים בחסרונות, או בליקויים, או אם הם יוצרו לא מאותם החומרים שנמסרו לספק ע"י המזמין. הספק אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם אחר שיתגלה בטובין המוזמנים, או בכל חלק מהם הנובעים מטיב העבודה, או מטיב החומרים מהם יוצרו, או מאי התאמתם למפרטים, או לדגמים, והוא יפצה את המזמין בעד כל נזק והפסד שנגרמו, או ייגרמו לו, מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל.

4. מסירת הטובין:

הספק ימסור את הטובין על חשבונו ואחריותו, ליחידה, או למחסן הנזכרים בהזמנה, בשעות ולפי סדרי העבודה המקובלים באותו מקום. מותנה בזה בפירוש, כי כל עוד הטובין לא נבדקו ולא אושרו ע"י המזמין, או בא כוחו, הם לא ייחשבו כטובין שנמסרו למזמין ועל המזמין לא תחול אחריות כלשהי לגביהם והמזמין או בא כוחו רשאים לפסול את הטובין משום שלא יהיו בהתאם להזמנה ומשעשו כן, על הספק יהא לסלק את הטובין על חשבונו ולהחליפם בטובין שיתאימו להזמנה, תוך 48 שעות מעת שנפסלו. או אם המזמין יקבע פרק זמן אחר- תוך אותו פרק זמן. במקרה שהספק לא יסלק במועד את הטובין שניפסלו- המזמין, או בא כוחו, רשאי לסלקם לפי ראות עיניו ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך. אם הספק לא יחליף במועד את הטובין שנפסלו- את כולם, או את מקצתם- המזמין רשאי לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות, או בשתייהן:-

- (א) לבטל את ההזמנה וכל אופן הנראה לו ולהתייחס אליה כבטלה.
- (ב) לרכוש מכל מקור אחר טובין במקום אלו שנפסלו בין מאותו סוג ובין מסוג דומה- ולחייב את הספק בכל הפרש ובכל הוצאה, או תשלום שנגרמו על ידי כך.

5. תעודת משלוח וחשבונית מס :

הספק ימציא למזמין חשבונית מס בשלושה העתקים המתייחסות לטובין ויצרף לה תעודת משלוח, בה יצוין מספר ההזמנה.

6. זכויות המזמין :

(1) אם כתוצאה מהבדיקה הנוכרת בתנאי 4 לעיל, או בכל דרך אחרת, יתברר למזמין כי הטובין המוזמנים- כולם או מקצתם- אינם מתאימים לדגמים ולמיפרטים, או כי הם לוקים בחסרונות, או בליקויים, וכן אם הטובין המוזמנים- כולם או מקצתם- לא נמסרו למזמין במועד שנקבע בהזמנה, או במועד שהוארץ ע"י המזמין, אם ניתנה אורכה כזאת, וכן בכל מקרה אחר שהספק הפר או לא קיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו, המזמין יהיה רשאי- לפי ראות עניו ולפי ברירה שבידיו ומבלי לפגוע בזכויות האחרות שבידיו לבטל את ההזמנה, או לצמצם את היקפה, או להזמין על חשבו הספק אצל ספק אחר את אותם הטובין, או טובין אחרים שלדעת המזמין מתאימים לשמש כתחליף לה. בין המוזמנים, וכמו כן המזמין רשאי לחבוע את הספק בגין כל נזק שנגרם על ידי כך.

(2) מיד לאחר שנמסרה הודעת הביטול למקבל ההזמנה, תחשב ההזמנה בטלה ומבוטלת.

(3) המזמין שומר לעצמו זכות ברירה להמשך התקשרות לתקופה נוספת של: _____

7. התשלום :

המחיר, תנאי התשלום וההצמדה שנקבעו בהזמנה הינם מסכמים וקבועים מראש אולם אין הצעת הספק תוגש במטבע זה התשלום יבוצע בשקלים ע"פ השער הנוכחי ביום ההספקה ולא השולם עליהם על תוספת. **מדד הבסיס**- הוא המדד מתאריך מסוים המשמש כבסיס לקביעת הפרשי הצמדה שיחשבו החל מתאריך זה ועד ליום ההתאמה הבא. **המדד הייבש** - לצורך חישוב הצמדה הוא המדד הידוע מועד האספקה המוסכם, או מועד האספקה בפועל- ונמוך מבין שני אלו. מודד זה קובע את שיעור ההפרש שיש להוסיף למדד הבסיס (תכ"ס 3.8.0 0.7). ההשלום יעשה באמצעות זיכוי חשבון הנזק של הספק. הספק מותר על הזכויות להמחוז, ויובים ע"פ חוק המוצא הייבשים (תשכ"ט-1969).

8. ערבות :

לשם היתרות מילוי התחייבויותיו על פי ההזמנה זו, הספק יפקיד בידי מש"ד יימ"מ זין ערבות ביקאות, עפ"י המפירט בכופס ההצעה. בנוסף לכך המזמין יהיה רשאי לנכות מכל סכום- שמגיע, או שיגיע לספק מהמזמין ו/או ממשרד ממשלתי אחר כל סכום שהספק יהייב בהשלמו בהתאם לתנאי ההזמנה כולל פיצוי על נזקים, ובתנאי נזקף שקבלת הערבות על ידי המזמין לא תפגע בזכויותיו האחרות לפי ההזמנה או לפי החוק, והמזמין יהא רשאי לגבות כל סכום שהספק הייב בתשלומו בכל דרך אחרת. המזמין יהיה רשאי גם לחלט את הערבות הייב, לצורך התשלומים הממורים. הסכום המזמין לקבל ערבות שטרי חוב חתומים על- ידי הספק והעובות מתאימה, מורשה המזמין למלא בשטרות הממורים כל פרט החסר בהם, ולגבות את סכומם כאמור לעיל. הרשאה שניתנה למזמין, כאמור, אינה ניתנת לביטול ונישאר ביוקפה כל עוד הדבר דרוש לביצוע זכויות המזמין שלמענו ניתנה ההרשאה.

9. מסמכים :

כל המסמכים המצורפים להזמנה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנה, יראו אותם כמשלימים זה את זה. אולם בכל מקרה של ניגוד בין זנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי כלשהו מתנאים מיוחדים, כוחו של תנאי מיוחד עדין על כוחו של תנאי כללי.

10. שונות:

- א) שום ויתור, הימנעות מפעולה, מתן אורכה מצד המזמין, לא ייחשבו כויתור על זכויותיו של המזמין לפי הזמנה זו, ולא ישמשו מניעה לתביעה, אלא אם המזמין ויתר במפורש ובכתב.
- ב) מסירת הטובין המוזמנים, כולם, או מקצתם- למזמין, כמוה כהסכמת הספק לקבלת ההזמנה על כל תנאיה.

11. הודעות:

כל ההודעות בקשר עם הזמנה זו יהיו בכתב ותימסרנה בדואר רשום לפי הכתובות הנזכרות בהזמנה ותיחשבנה כאילו הגיעו לתעודן תוך 48 שעות ממועד מסירתן לבית הדואר, כיאות.

באו על החתום:

ביום: _____ בחודש: _____ בשנת: _____

מצד המזמין: שם: _____ ופקיד: _____ חתימה: _____

מצד הספק: שם: _____ ופקיד: _____ חתימה: _____

* נא למלא פירוט "המויץ התקשרות" (האופציה) בכפיפות להוראות תכ"ס פרק רבישות- נסמן 1.1 * 7.1.