

י"א אלול תשע"ו
14 ספטמבר 2016

אל:
משתתפי המכרז שבנדון

א.ג.נ.,

**הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100035995
"תכנון תחנה הידרומטרית עם כבלים"**

להלן ריכוז שאלות ותשובות הבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס'ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	מסמכי המכרז	נספח ב' – סעיף 4.2	"בגדה הימנית" - האם הכוונה לגדה המערבית?	כן. הכוונה לגדה המערבית, כלומר הצד הישראלי.
2.	מסמכי המכרז	נספח ב' – סעיף 4.4.1.11	האם התכנון צריך להתאים לאמצעי מדידה קיימים (מדי זרם, משקולות, זנב מייצב, מנגנון מתיחת כבלים, מנגנון הגלגלת)? אם כן - האם ניתן לקבל מפרט טכני שלהם? אם לא - האם על המתכנן להגדיר את פרטי אמצעי המדידה?	התכנון צריך להיות מותאם לאמצעי המדידה הקיימים של השרות ההידרולוגי (seba /ott). מפרט של אמצעי המדידה מצ"ב.
3.	הסכם התקשרות	נספח ג'	בקשה כללית לכל האישור - מבוקש כי המילים: "לא יפחתו מסך" יוחלפו במילים: "בסך של". כמו כן מבוקש כי במקום המילים: "לשנת ביטוח" או (שנה) "יבוא" - "לתקופת ביטוח"	נוסח סעיפי ההסכם בנושא הביטוח והנספח הנגזר מהם נקבעו ע"י המבטחת הממשלתית והם לא ישתנו.
4.	הסכם התקשרות	נספח ג'	ביטוח חבות מעבידים - סעיף 1- מבוקש כי יובהר כי הביטוח מכסה את חבות הספק כלפי עובדיו בלבד על פי פקודת הנוזיקין וחוק האחריות למוצרים פגומים.	נוסח סעיפי ההסכם בנושא הביטוח והנספח הנגזר מהם נקבעו ע"י המבטחת הממשלתית והם לא ישתנו
5.	הסכם התקשרות	נספח ג' – סעיף 4	מבוקש כי תיווסף סיפא: "(היה וייחשבו לעובדי הספק כאמור בסעיף 3 לעיל)	
6.	הסכם התקשרות	נספח ג'	ביטוח אחריות מקצועית - מבוקש להבהיר כי הביטוח מכסה את אחריותו החוקית של הקבלן (במובחן באחריות על פי הסכם שאינה מבוטחת).	נוסח סעיפי ההסכם בנושא הביטוח והנספח הנגזר מהם נקבעו ע"י המבטחת הממשלתית והם לא ישתנו
7.	הסכם התקשרות	נספח ה'	מבוקש להוסיף את החריגים המקובלים בהסכמי סודיות (המידע הפך לנחלת הכלל, התקבל אצל הספק גם בדרכים אחרות וכדו')	ר' האמור בסעיפי ההסכם לעניין זה. נוסח הנספח לא ישתנה והחריגים הנכללים בו – סבירים.
8.	הסכם התקשרות	נספח י"ב – סעיף 6ה'	מבוקש להוסיף כי המשרד יאשר או ידחה תוצרים בתוך שלושה ימי עסקים מהגשתם. אי אישור במועד ייחשב כאישור התוצרים.	נוסח הסעיף לא ישתנה. הרשות תפעיל את סעיפי המכרז והסכם בהגיונות ובסבירות.
9.	הסכם התקשרות	נספח י"ב – סעיף 6 י"ג	מבוקש כי ההצמדה תערך כלפי מעלה בלבד	נוסח הסעיף לא ישתנה. הרשות פועלת בעניין זה בהתאם להנחיות אגף החשב הכללי במשרד האוצר.

10.	הסכם התקשרות	נספח י"ב – סעיף 9'ג	מבוקש להבהיר כי שיטות, דרכי עבודה, ותשתיות ייעוץ גנריות, כמו גם חומרים, מתקנים, מכונות וציוד (שלא שולמו על ידי המשרד באופן ספציפי) היו ויישארו בבעלותו של הספק.	נוסח הסעיף לא ישתנה.
11.	הסכם התקשרות	נספח י"ב – סעיף 14'ח	מבוקש כי במקום שהספק יחתים על הנוסח המצ"ב, הספק יתחייב כי עובדיו ומי מטעמו חתומים על חובת סודיות הכוללת את סודיות פרויקט זה.	נוסח הסעיף לא ישתנה. יש להחתים את כל העובדים.
12.	הסכם התקשרות	נספח י"ב – סעיף 17	1. מבוקש להוסיף סעיף הקדמה ולפיו אחריות הספק תהיה לפי דין והאמור בסעיף 17 לא בא להוסיף על אחריות הספק לפי כל דין. 2. כן מבוקש להוסיף כי אחריות הספק תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד. 3. כן מבוקש להבהיר כי אחריות הספק היא לנזקים שהם תוצאה ישירה של מעשה או מחדל רשלני שלו (כלומר – למחוק את ההתייחסות לנזקים שהם תוצאה עקיפה). 4. כן מבוקש להוסיף כי אחריות הספק תהיה מוגבלת לסך התמורה לפי הסכם זה. 5. כן מבוקש להוסיף כי אחריות הספק נובעת אך ורק ממעשה או מחדל שלו או של מי מטעמו בלבד.	נוסח הסעיפים לא ישתנה. הרשות תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגיונות ובסבירות.
13.	הסכם התקשרות	נספח י"ב – סעיף 6	במקום המילים: "לשנת ביטוח" או (שנה) "יבוא- "לתקופת ביטוח"	נוסח סעיפי ההסכם בנושא הביטוח והנספח הנגזר מהם נקבעו ע"י המבטחת הממשלתית והם לא ישתנו.
14.	הסכם התקשרות	נספח י"ב – סעיף 16'א	מבוקש להבהיר כי כיסוי ביטוחי נערך בגין חבות על פי דין בלבד (במובחן מחבות על פי הסכם אשר אינה ניתנת לביטוח)	נוסח סעיפי ההסכם בנושא הביטוח והנספח הנגזר מהם נקבעו ע"י המבטחת הממשלתית והם לא ישתנו.
15.	הסכם התקשרות	נספח י"ב – סעיף 16'ב	מבוקש כי: לאחר המילים: "ישראל והרשות" יבוא: "בהתאם להרחבי השיפוי כמפורט להלן".	נוסח סעיפי ההסכם בנושא הביטוח והנספח הנגזר מהם נקבעו ע"י המבטחת הממשלתית והם לא ישתנו.
	הסכם התקשרות		במקום המילה: "ולהציגם" יבוא: "ולהציג את אישור הביטוחים (נספח ג' להתקשרות)	
16.	הסכם התקשרות	נספח י"ב – סעיף 16'ב1	ביטוח חבות מעבידים - סעיף א- מבוקש כי יובהר כי הביטוח מכסה את חבות הספק כלפי עובדיו בלבד על פי פקודת הנזיקין וחוק האחריות למוצרים פגומים.	נוסח סעיפי ההסכם בנושא הביטוח והנספח הנגזר מהם נקבעו ע"י המבטחת הממשלתית והם לא ישתנו.
17.	הסכם התקשרות	נספח י"ב – סעיף 16'ב3	ביטוח אחריות מקצועית - סעיף ד - תיווסף סיפא: "היה והספק ייחשב למעבידים כאמור בסעיף ב' לעיל"	נוסח סעיפי ההסכם בנושא הביטוח והנספח הנגזר מהם נקבעו ע"י המבטחת הממשלתית והם לא ישתנו.
18.	הסכם התקשרות	נספח י"ב	מבוקש להבהיר כי הביטוח מכסה את אחריותו החוקית של הקבלן (במובחן באחריות על פי הסכם שאינה מבוטחת).	נוסח סעיפי ההסכם בנושא הביטוח והנספח הנגזר מהם נקבעו ע"י המבטחת הממשלתית והם לא ישתנו.
19.	הסכם התקשרות	נספח י"ב – סעיף 16'ד	מבוקש כי המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" תימחקנה ובמקומן יבוא: "במשך כל תקופת ההתקשרות (ולעניין ביטוח אחריות מקצועית גם במשך 3 שנים לאחר מכן).	נוסח סעיפי ההסכם בנושא הביטוח והנספח הנגזר מהם נקבעו ע"י המבטחת הממשלתית והם לא ישתנו.

<p>נוסח סעיפי ההסכם בנושא הביטוח והנספח הנגזר מהם נקבעו ע"י המבטחת הממשלתית והם לא ישתנו.</p>	<p>כמו כן במקום המילים: "לכל המאוחר שבועיים" יבוא: "לכל המאוחר 3 ימים".</p>	<p>נספח י"ב</p>	<p>הסכם התקשרות</p>	<p>.20</p>
---	---	-----------------	---------------------	------------

בברכה,

ועדת מכרזים

מפרט למד זרם גדול

1. מד זרם המתחבר למערכת כבלים וכן למוט מדידה. מאפשר מדידה בעובי מים של 90 מ"מ ומעלה. פרופלור אחד שקוטרו כ- 80 מ"מ, המיועד לטווח מהירויות: 2.5 - 0.03 מטר/שנייה. ופרופלור אחד שקוטרו כ- 125 מ"מ, המיועד לטווח מהירויות: 10 - 0.03 מטר/שנייה.
2. מונה אלקטרוני המאפשר מדידה על סמך קביעה מראש של זמן המדידה, מספר הפולסים וכן מדידה אינטגרטיבית, כולל חישוב והצגת מהירות על סמך כיוול סטנדרטי, כולל סוללות ונרתיק נשיאה.
3. כבל מקשר בין מד הזרם למונה: כ- 4 מ'.
4. מוט, מסומן כל 1 ס"מ ומיספור כל 10 ס"מ. כולל כל האביזרים הנדרשים לחיבור מד הזרם למוט, ידית, מצביע כיוון מדידה (Direction Pointer). אורך כל מוט 1 מ', המוט מתחבר למוטות נוספים. כולל נרתיק למוטות ופלטת בסיס. וכן כל החלקים והכלים הנדרשים לחיבור מד הזרם למערכת הכבלים סימון המוט מאפס עד 40 דצימטר או 400 ס"מ.
5. מתקן למיקום מחדש של מד זרם (Relocating device), 1 מ' (מורכב משתי יחידות). כולל מצביע כיוון מדידה (Direction Pointer).
6. כיוול סטנדרטי לכל פרופלור וכן טבלת מהירויות לכל פרופלור.
7. אביזרים: כלים, שמן, מיסבים, גומיות.
8. תיק/ארגז קשיח לכל הציוד.
9. ציוד רזרבי:
 - 9.1 פרופלור 80 מ"מ + כיוול סטנדרטי.
 - 9.2 פרופלור 125 מ"מ + כיוול סטנדרטי.
 - 9.3 מוט, שאורכו 1 מ', מסומן כל 1 ס"מ וממוספר כל 10 ס"מ.
 - 9.4 בקבוקון שמן.
 - 9.5 מיסבים וגומיות
 - 9.6 זנב מייצב קצר (פלטת), כולל כל החלקים והכלים הנדרשים לחיבור הזנב.
 - 9.7 זנב מייצב למד זרם, תואם למד הזרם, אורך: 1.0 - 0.5 מ', כולל כל החלקים והכלים הנדרשים לחיבור הזנב למד הזרם.
 - 9.8 פלטת בסיס.
10. ציוד מתכלה: שמן - 1 ק"ג.