

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	1095077905	M5 HANDPIECE 30K RPM
2	1095077897	FOOT SWITCH FOR IPC
1	1095077889	IPC POWERED ENT CONSOLE WITH CAPABILITIES F/CONNECTING

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	מדי פישר
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	513339143
מספר ספק בשיבא	1779

ספק זה הינו:	ספק יחיד	ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$117,525 + מע"מ	
תקופת ההתקשרות	24 חודשים	

2/..

- 2 -

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).**
2. **ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).**
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:**

עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

לצורך הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

דרי' יורם שדמי	מנהל מח' הנדסה רפואית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

17 בנובמבר 2016  
מספרנו: יש/2016-0595  
תיק: 1007, 1132-12

לכבוד  
מר ברונו לביא  
בא

נכבדי,

הנדון: מח' א.א.ג. -

חוו"ד לרכישת מערכות ניתוחיות לניתוחי סינוס ובסיס הגולגולת

- א. דוא"ל פרופ' וולף מיום 14.7.16
- ב. דוא"ל פרופ' וולף מיום 26.7.16
- ג. מכתבו יש/2016-0591 מיום 15.11.16
- ד. דוא"ל פרופ' וולף מיום 16.11.16

1. בשימוש מח' א.א.ג. שתי מערכות ניתוחיות לניתוחי סינוסים ובסיס הגולגולת מתוצרת  
MEDTRONIC-XOMED :

- דגם XPS 2000 באשפוז יום כירורגי מיום 18.6.2001 מס"ד 5858

- דגם XPS 3000 בח.נ. מרכזי מיום 30.7.2009 מס"ד 112254

שתי המערכות ישנות ובהתאם לתכתובת של פרופ' וולף שחוקות ואינן מאפשרות  
פעילות תקינה במהלך הניתוח.

המערכות מופעלות בו-זמנית בשני חדרי ניתוח.

כיום הבחיר פרופ' וולף כי הפעילות הניתוחית תגדל לשלושה חדרי ניתוח בו-זמנית,  
שני חדרי ניתוח בחדר הניתוח המרכזי וחדר ניתוח באשפוז יום כירורגי, בתדירות של  
פעמיים עד 3 פעמים בשבוע.

פועל יוצא להגדלת היקף הפעילות מחייב רכישת 3 מערכות ניתוח חדשות אשר יאפשרו  
פעילות תקינה ואמינה לכל מחלך הניתוח (ללא תקלות מזדמנות עקב בלאי) ולאורך  
זמן.

2. בסימוכין ג' הרצ"ב קיים פירוט של מצאי הידיות ויחידות הקצה המצויים בפועל  
בחדרי הניתוח, מצאי שאושר ע"י פרופ' וולף בסימוכין ד'.



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

עלות סך כל יח' הקצה בשני חדרי הניתוח עומד ע"ס כולל של \$ 91,526 ללא מע"מ.  
לעלות זו יש להוסיף סך של \$ 42,000 של ידיות, כך שסה"כ עלות האביזרים מתוצרת  
חב' MEDTRONIC-XOMED המצויים בחדרי הניתוח הינה בסך של \$ 133,526 ללא מע"מ.  
כל האביזרים ויח' הקצה הקיימים תואמים לשימוש במערכות החדשות אותן יש  
לרכוש ואישור לכך ניתן ע"י פרופ' מ. וולף בסימוכין ב'.

לנוכח הנ"ל ולנוכח שביעות רצון המנתחים מאיכות המערכות, ניתן לראות את היצרן  
MEDTRONIC-XOMED ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

למען הסר ספק, לא ניתן לשלב את מצאי האביזרים ויח' הקצה המצויות בחדרי  
הניתוח בסך כולל של \$ 133,526 שכולם מתוצרת MEDTRONIC-XOMED עם יח' הנעה  
(מנועים) מתוצרת יצרנים אחרים.

רצ"ב הצעת חב' מדי פישר מסי' 62913 אותה יש לממש על כל סעיפיה.

יש לכלול בסעיף שונות גם את מערכת XPS-3000 בעסקת ה-TRADE-IN.

תינתן אחריות למשך 24 חודשים לפחות כמקובל וכן תסופק ספרות הפעלה ושרות לכל  
מכללי המערכת.

ב ב ר כ ה ,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעה

העתק : פרופ' מ. וולף