

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095059937	CARDIAC/EP STIMULATOR MODEL: EPS-320

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדוד בכר

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	אלדן
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510848690
מספר ספק בשיבא	1148
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$21,500 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

16 באוגוסט 2016
מספרנו: דב/2016-0455
תיק: 5-1130, 7006

לכבוד
מר ברונז לביא
ב א נ

נכבדי,

הנדון: מכון הלב/יח' אלקטרופיזיולוגיה – חוו"ד לרכישת סטימולטור דיגיטלי
א. דוא"ל פרופ' גליקסון מיום 9.8.16
ב. דוא"ל מר גיל דר מיום 16.8.16

בהמשך לסימוכין א' נדרש לרכוש המכשיר שבנדון בכמות 1 יח'.

הסטימולטור מיועד למיפוי מדויק (באמצעות גירוי חשמלי) של מערכת ההולכה החשמלית של הלב ותכנון לפני ביצוע צריבה של מוקדים המפריעים לתקינות מערכת ההולכה.

ב 2 חדרי אלקטרופיזיולוגיה שבצנתורים מותקנים סטימולטורים על פי החלוקה הבאה:

בחדר מס' 1 – סטימולטור ישן (אנלוגי) מדגם UHS-20 תוצרת BIOTRONIC (נרכש בשנת 2002) והוא מיועד להעברה לחדר מס' 3.

בחדר מס' 3 – סטימולטור חדיש יותר (דיגיטלי ומבוסס מחשב) מדגם EPS-320 תוצרת MICROPACE (נרכש בשנת 2008) והוא מיועד להעברה לחדר 2 (המשודרג כעת).

פרופ' גליקסון מבקש לרכוש סטימולטור נוסף מדגם EPS-320 אשר יחליף את הסטימולטור האנלוגי והמיושן. המכשיר החדש שיירכש יותקן בחדר 2. הסטימולטור הנוסף מדגם זה משנת 2008 יישאר בחדר מס' 3 ואילו המכשיר האנלוגי המיושן יושבת.

מבדיקה הסתבר כי דגם הסטימולטור הני"ל הינו המוביל כיום בתחום.

מעבר לעבודה עם סטימולטור זה, יאפשר נוחות ודיוק בפעולות צריבה.

הסטימולטור מסונכרן עם גל ה-ECG המופיע בתצוגה, ממוחשב ובכך מסייע על ביצוע פעולות מורכבות.

רצ"ב הצעת מחיר מחב' אלדן אותה מומלץ לממש ובכך להשלים את הנדרש עבור חדר מס' 2 לחדר המוביל בתחום.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

לדגמי הסטימולטורים הקיימים בשוק אין היכולת להצגת גל ה-ECG. לפיכך ניתן לראות בדגם המוצע ע"י חבי אלדן דגם יחידי וייחודי ולראות ביצרן ונציגותו המקומית ספק יחיד לרכישה.

הבהרות:

- א. עלות המכשיר תהיה 21,500 דולר + מע"מ (ראה סימוכין ב').
- ב. יש לדרוש תקופת אחריות של 36 חודשים מיום השימוש בפועל.

ב ב ר כ ה ,

בכר דוד

מ"מ סגן מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : הצעת מחיר+סימוכין

העתק : פרופי מ. גליקסון