

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור פריט	מק"ט	מס'
MICROSCOPE SLIDE 1/2G UNCOATED FOR CYTOPRO	8100061143	4
SAMPLE CHAMPER W/SLOW TAN CYTOPAD CAP	8100061135	3
AEROSPRAY PRO SLIDE STAINER/CYTOCENTRIFUGE	1095078101	1
CYTOPRO ROTOR	1040011280	2
	800011634	5

8000116350 6  
8000116368 7

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

20 בספטמבר 2016  
מספרנו: יש/2016-0513  
תיק: 7007, 1237

לכבוד  
מר ברונז לביא  
כא

נכבדי,

הנדון: הצטיידות 2017/אגף מעבדות/מעבדה המטולוגית -  
חוו"ד לרכישת מכשיר לצביעת GIEMSA

הצטיידות 2017

1. בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר שבנדון בכמות 1 יח'.
2. מדובר במכשיר אשר צובע תאי דם על מנת לאבחן הפרעות מורפולוגיות בצורה אוטומטית בעזרת ריסוס ע"י ריאגנטים, משטחים (גימזה) למיקרוסקופ עם דגימה ביולוגית מרוחה.  
תהליך הצביעה כולל: ריסוס צבע, קיבוע, צביעה באמצעות ריאגנטים מסוג Thinzin ו-Eosin, ריסוס לקבלת משקע צבוע וביצוע DECOLORIZATION לקבלת מורפולוגיה של תאי דם.
3. לחברת WESCOR מכשיר מסוג Aerospray Hematology Pro דגם 7152 אשר מבצע את האמור בסעיף 2 לעיל, ואשר כולל את המרכיבים הבאים:
  - א. מסך מגע.
  - ב. קרוסלה לכמות של 12 סליידים הסובבת במהירות בתחום 100-2000 סל"ד.
  - ג. יכולת בחירה ותכנות חליכי הצביעה.
  - ד. זמן פעולה ממוצע 13 דקות (כ-115 סליידים לשעה).
  - ה. זינה חשמלית - 230V/50Hz.
  - ו. שימוש בריאגנטים ספציפיים ליצרן.
  - ז. ברקוד לכמות הריאגנטים במיכל.
  - ח. ברקוד לדגימה.
  - ט. שיטת הפעלה מתוכנתת/אוטומטית שתחליף עבודה ידנית.



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

3. בבירורנו הסתבר כי לא קיים יצרן חלופי למכשור דומה.

לפיכך ניתן לראות את חב' WESCOR ספק בלעדי לדגם 7152 על כל המשתמע מכך.

מומלץ לפיכך לממש הצעת מחיר 1625002010 של חב' מדטכניקה מיום 7.1.16 על כל  
סעיפיה:

פריט 1 – המכשיר

פריט 2 – ראש צנטריפוגלי לסירכוז תאים

פריט 3 – מבחנה מתכלה לכל דגימת דם בצנטריפוגה. הוצע מארז של 48 יח'.

פריט 4 – סליידים לכמות ראשונית של 96 יח'. לא נדרשת רכישה נוספת. ניתן  
להשתמש בקיים במעבדה.

פריט 5 – ריאגנט לצורך BUFFER.

פריט 6 – חומר צביעה מסוג THIAZIN.

פריט 7 – חומר צביעה מסוג EOSIN.

יש לקבל אחריות לתקופה של 24 חודשים כמקובל במוסד ולא בהתאם לרשום בהצעת.

ספרות הפעלה ושרות ייכללו בהזמנה.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעת מחיר

העתקים : פרופ' נינט אמרילו  
ד"ר חלי ורניצקי