

**המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא**

**תל- השומר**

הדפוס	
טקסט	
18/12/16	

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

חבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור מייט
7	1095078259	CUSTO GUARD 3
5	1095078242	CUSTO KYBE UNIT
2	1095078234	( WIRELESS ECG DEVICE ( CUSTO GUARD 1
1	1095078226	COMPREHANSIVE CARDIAC REAHB SYSTEM-CUSTO DIAGNOSTIC PLATFORM
9	1040011538	עזרון / החלפת סוללה
8	1040011389	CUSTO BELT - 3
6	1040011371	HL7 INTERFACE
4	1040011363	CUSTO BELT 1
3	1040011355	BATTERY CHARGER - MULTI

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר: \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שירותים \_\_\_\_\_

טובין \_\_\_\_\_

אינטרנשיונל מדיקל טרייד	שם החשבון
512666421	מספר חשבון
5631	מספר ספק
_____ ספק חוץ	ספק זה היחיד
_____ ספק יחיד	אומדן / שווי החתקשרות
71,950 יורו + מע"מ	תקופת החתקשרות
24 חודשים	

2/..

- 2 -

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**וא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. האמצעים שבחס נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום החתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע החתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקותי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך החתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם המעביד	שם המעביד	שם המעביד
-----------	-----------	-----------





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

15 בדצמבר 2016  
מספרנו: יש/2016-0650  
תיק: 1,1119-7017

ד ת ו ר

לכבוד  
ד"ר מתי מנדל  
יו"ר וועדת הרכישות  
כ א ב

נכבדתי,

הנדון: מכון לשיקום חולי לב – מערכת טלמטריה לניטור קרדיאלי מרכזי

במכון שיקום חולי לב קרסה לחלוטין מערכת הטלמטריה הקיימת.

מאחר ואין יכולת למכון לתת מענה למטופלים שעיקרם סובל מאי ספיקה ומחפרעות קצב נדרשת רכישת מערכת חלופית בדחיפות עליונה כאשר ניתן להגדיר המצב הקיים כצוק-עיתים.

ד"ר קלמפנר מנהל היח' לשיקום חולי לב הבהיר כי המערכת מתוצרת חב' CUSTO-MED המשווקת בארץ ע"י חב' IMTC כי הינה היחידה הקיימת והרלבנטית כיום מהיבט פרקטי-מעשי לרכישה דחופה זאת לנוכח המלצתו של יו"ר האגודה הישראלית לרפואת ספורט ומנהל המכון לשיקום חולי לב בביה"ח זיו בצפת שאצלו היא קיימת לשביעות רצונו המלאה.

מדובר במערכת מודולרית הכוללת מערכת בסיסית ומודולים לתוספות.

על מנת לתת מענה בהול ברשות מלאי היצרן בגרמניה המעי' הבסיסית הכוללת:

- 16 משדרים עם 1lead ורצועות

- תוכנה ייעודית לתחנה מרכזית

- אנטנות

הבהרה:

על ביה"ח לספק מחשב + מסך לנתונים של חב' IMTC הרצי"ב במייל מיום 14.12.16, כולל מדפסת לייזר.  
בכל מקרה גם הסוכן המקומי אינו מייבא מחשב+מסך +מדפסת לייזר מהיצרן אלא רוכש אותו בארץ.



**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

2

חוזה"ד הרצ"ב כוללת תאור למערכת וכן את שנדרש בהיבט הכולל ע"י דר' קלמפנר – דרישות שיש לממשן עד תומן ועל הועדה לאשר את כל שנדרש כאשר כאמור המימוש בפועל יהיה לשלב א' הבהול במידי ושלב ב' יהיה עבור מס' שבועות ספורים בהליך דחוף אך במפורש ללא בהול.

לנוכח הנ"ל אודה לאישור הועדה להליך החריג ולאישור התקשרות עם היצרן הגרמני CUSTO-MED באמצעות חב' IMTC על כל המשתמע מכך.

יש להוציא בדחיפות עליונה לחב' IMTC אישור ליצרן לספק המערכת שבמלאי אותה התחייב היצרן לשמור עד 20.12.16.

על מערכות מידע להעביר החומרה הנדרשת בהתאם לנתונים הרצ"ב.

בברכה,

דר' יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

העתקים: דר' ר. קלמפנר  
מר ב. לביא  
מר ש. ארנסט

הצ"ב מסמך לפעילות הנדרשת למימוש רכישת המערכת שבנדון בנוהל חריג צוק-עיתים.

בברכה

יוסף מירי

המח' להנדסה רפואית שיבא

טל': 03-5303388