

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(אכילס) בית ליפא
יחידה מזמינה:	ח.נ. ה. י. 91
תאריך:	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1040006454	TRANSDUCER S7-3T TEE PROBE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

זוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$19942 + מע"מ
תקופת התקשרות	24 חודשים

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

6 בספטמבר 2016
מספרנו: יש/2016-0481
תיק: 3017, 1125A

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: חדר ניתוח לב ילדים – חו"ד לרכישת מתמר TEE תוצרת PHILIPS

בשימוש חדר ניתוח לב ילדים מתמר TEE, דגם S7-3T, מס' סד' B0WYV1 אשר ניזוק עקב נזק בראש המתמר ובממברנה, הגומי בראש המתמר התיישן וישנם קרעים בשרוול הבידוד בכבל המתבר את ידית המתמר והקונקטור.

עקב גודל הנזק, אין כדאיות כלכלית להשקיע בתיקונו. המתמר יושבת ובמקומו יש לרכוש חדש.

רצ"ב הצעת חב' מדטכניקה לרכישת מתמר חדש בעיסקת טרייד-אין אותה מומלץ לממש.

יש לרכוש המתמר מיצרן המכשיר ולפיכך ניתן לראות את חב' מדטכניקה, נציגת היצרן PHILIPS ספק יחיד לרכישה זו.

יש לקיים מו"מ עם החברה לגבי משך תקופת האחריות שניתנת למתמר.

בברכה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר