

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הכר-11
יחידה מזמינה:	3145
תאריך:	12/09/16

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095077368	CARESCAPE CENTRAL STATION ATO MODEL

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
תחנה מרכזית למוניטורים

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	לבנט
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510021884
מספר ספק בשיבא	1707
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ √ _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$12,300 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

9 באוגוסט 2016
מספרנו: עש/2016-0442
תיק: 7015-4, 1120-9

לכבוד
מר ברונז לביא
כאן
נכבדי,

44999999

הנדון: דימות/ MRI - חו"ד לרכישת תחנה מרכזית למוניטורים

1. בחדר בקרה חדר MRI תחנה מרכזית תקולה מדגם iCentral המחוברת למוניטור מדגם N-MRI2 תוצרת DATEX. התחנה והמוניטור שניהם מדגם קודם ונרכשו לפני למעלה מ-10 שנים.
2. חברת GE-DATEX מציעה תחנה מרכזית חדשה מדגם CSCS. תחנה זו יכולה להתחבר למוניטורים חדישים אך אין אפשרות לחברה למוניטור N-MRI2. בכדי להחליף את התחנה התקולה ב-MRI נעביר תחנה מדגם iCentral הנמצאת בשימוש במחלקת כירורגיה ב' השלמת החסר בכירורגיה ב' תעשה באמצעות רכישה של תחנה חדשה מדגם CSCS. בכירורגיה ב' אין מניעה מלעשות שימוש בתחנה חדישה מכיוון שהמוניטורים במחלקה הם מדגם B650, דגם עדכני המתאים לתחנה CSCS.
3. מומלץ לממש הצעת מחיר PQ16L01065 של חברת לבנט לדגם CSCS הכוללת 6 רשיונות תוצרת GE-DATEX. יש לממש הצעת המחיר במלואה. יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג. יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעה
העתק: מר גיל דר

44999999