

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד: (נכה) -	
יחידה מזמינה: מכון Codm	
תאריך: 26/09/16	

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

**אל: ועדת המכרזים**

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095059549	VIDEOGASTROSCOPE GIF-H-180

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד    _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	19,862 יורו+ מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

21 בספטמבר 2016  
מספרנו: יש/2016-0515  
תיק: 6-1130, 7005

לכבוד  
מר ברונו לביא  
כ.א.ן

נכבדי,

**הנדון: מכון גסטרו – חו"ד לרכישת וידאוגסטרוסקופ**

המכשיר שבנדון, דגם GIF-Q145, מס' סד' 2405356, תוצרת OLYMPUS, נשלח לתיקון עקב מעיכה בצינוור ההחדרה ודליפה.

חברת מדטכניקה נציגת היצרן הבהירה כי מכשיר מדגם זה יצא משירות יצרן ואינו בר תיקון. החברה העבירה הצעה לרכישת מכשיר חדש דגם GIF-H180J בעיסקת טרייד-אין, עם הנחה של 50% עקב היות המכשיר המושבת בתנאים חוזה שרות.

מומלץ לממש הצעת החברה הרצי"ב ולסכם עלות הרכישה בהתאם להסכם חוזה השרות שנחתם עם החברה.

במכון הגסטרו מכשור מתוצרת OLYMPUS. לא ניתן לרכוש וידאוגסטרוסקופ מיצרן אחר זולת חב' OLYMPUS. לפיכך ניתן לראות היצרן ונציגתו המקומית ספק יחיד לרכישה זו.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים כמקובל במוסד.

בברכה,

דר' יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתק: פרופ' א. אליקים