

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(הרפואה)
יחידה מזמינה:	אונקולוגי
תאריך:	15/12/16

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095075347	B650 V2 FRAME WITH TOUCHSCREEN
2	1095059267	PSMP MODULE E-PSMP ENGLISH MODULE FOR ECG 3,5&12 LEADS WITH
4	1095052502	MODULE S/S SINGLE WIDTH AIRWAY- E-MINIC
3	1040010027	ICENTRAL LICENSE FOR 4 MONITOR CONNECTIONS L-NE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השייכות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	לבנט
מספר ח.ג. / ח.צ. / עמותה	510021884



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

12 בדצמבר 2016
מספרנו: עש/2016-0643
תיק: 1001A, 1120-9

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן
נכבדי,

**הנדון: התאוששות אשפוז יום כירורגי –
חווי"ד לרכישת הרחבה למערכת ניטור מודולרית מרכזית
דוא"ל מיום 12.12.16**

1. בעקבות הרחבת חדרי ניתוח במערך אשפוז יום, נדרשת הרחבה למערכת הניטור הקיימת.
2. המערכת הקיימת כוללת את המרכיבים הבאים:
 - א. מוניטור מודולרי מסוג BedSide – בכמות 12 יח'.
 - ב. תחנה מרכזית מדגם iCentral.
 - ג. מוניטור נייד – בכמות 2 יח'.
3. הרחבת המערכת תכלול את המרכיבים הבאים:

מוניטור מודולרי מסוג BedSide:

- 1) כל מוניטור יכלול את הפרמטרים הפיזיולוגיים הבאים:
ECG, HR, IBP, NIBP, SpO2, ETCO2, TEMP, R.R.
- 2) המוניטור יסופק עם מתלה קיר ייעודי וכל האביזרים הנדרשים לחיבור למטופל.
- 3) העלות תכלול חיבור המוניטור לתחנה המרכזית הקיימת.

הרחבת מספר הרישיונות:

מערכת הניטור כיום עושה שימוש מלא ברישיונות של התחנה המרכזית. נדרשת הרחבת הרישיונות לשם חיבור המוניטור לתחנה.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

4. מצורפת הצעת מחיר PQ16L01518 של חב' לבנט לרכישת הרחבה למע' ניטור מודולרית מרכזית.

בנוסף, יש לחדגיש כי ההצעה כוללת התקנת המתלים, התקנת רשת וחיבור המוניטור אל ה-Central Station באמצעות כבילה שתהיה בתוך תעלות מסומנות כדי לאפשר טיפול בעתיד באופן קל ונוח אם המצב יחייב זאת.

מומלץ לממש הצעת המחיר על כל סעיפיה.

5. קיים צורך והכרחי לרכוש מוניטור מתוצרת GE-DATEX לנוכח הצורך בקורלציה עם המכשור המצוי בחדר הניתוח מכל ההיבטים (תקשורת עם התחנה המרכזית, העברת מודול בין המוניטורים ללא איבוד מידע וכ"ו).

בהתאם לכך, ניתן ומחויב לראות את חב' GE ונציגותה המקומית ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך. לשם הדגשה, אין יצרן אחר זולת GE שלו יכולת קורלציה עם המכשור המצוי בשימוש בח.ג. אשפוז יום כירורגי.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל ממועד סיום ההתקנה ואישור המשתמש לתקינות המערכת.

בברכה

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעה

העתק : דר' אורקין דינה