

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

|               |          |
|---------------|----------|
| משרד:         | הרפואה   |
| יחידה מזמינה: | מכון ראש |
| תאריך:        | 11/2/16  |

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

| מס' | מק"ט       | תיאור פריט                         |
|-----|------------|------------------------------------|
| 1   | 1095074589 | VIDEOBRONCHOSCOPE MODEL : EB-1575K |
|     |            |                                    |

|   |  |
|---|--|
| <b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b> |  |
|   |  |
| עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי  |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| שם הספק:                 | גטר-גרופ                        |
| מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה | 520042326                       |
| מספר ספק בשיבא           | 71160                           |
| ספק זה הינו:             | ספק יחיד _____    ספק חוץ _____ |
| אומדן / שווי ההתקשרות:   | 13,500 יורו+מע"מ                |
| תקופת ההתקשרות           | 24 חודשים                       |



THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

30 בנובמבר 2016  
מספרנו: יש/2016-0622  
תיק: 1130-6, 7014

לכבוד  
מר ברונו לביא  
כ.א.1

נכבדי,

**הנדון: מכון ריאות – חוו"ד לרכישת וידאו-ברונכוסקופ**

במכון הריאות מצוי מכשיר וידאו-ברונכוסקופ דגם EB-1570K, מס' סד' G122083 שנשלח לתיקון.

בהתאם לבדיקת נציגות היצרן, חב' סאילאב, נמצא כי עקב חור בתעלת העבודה וחזירת נוזלים וחומרי חיטוי ישנו נזק בלתי הפיך לכרטיס האלקטרוני ולסיבי התאורה וכן קיימים שברים ומעיכות לאורך צינור ההחדרה. עלות התיקון גבוהה ואין כדאיות כלכלית לתיקון. המכשיר יושבת.

רצ"ב הצעת מחיר חב' סאילאב למימוש רכישת מכשיר חלופי מדגם EB-1575K בעסקת TRADE-IN.

במכון הריאות קיימים 7 מכשירים מתוצרת PENTAX. מערכת וידאו-ברונכוסקופ מחייבת שימוש אך ורק במיכשור מתוצרת יצרן המערכת. לא ניתן לערבב וידאו-ברונכוסקופים מיצרן אחד עם יצרן אחר. לפיכך יש לראות את חב' PENTAX ספק בלעדי.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר