



וועדת מכרזים משרדית - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שם הטופס: פרוטוקול ועדת מכרזים לאישור התקשרות בפטור לפי תקנה (29)3, (30)3, (31)3, (32)3

פרוטוקול ועדת מכרזים לאישור התקשרות בפטור לפי תקנה (29)3.	
משרד/יחידה	יחידה מזמינה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר	שו"ט
מס' מחלקת מכרזים	תאריך
	9/11/2016

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות			
רכישת מכשיר MALDI-TIME-OF-FLIGHT Mass Spectrometer			
תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות	שווי ההתקשרות	תאריך הצעת המחיר
מועד ההזמנה/ההסכם ע"י חשבת המשרד	31/12/2017	1,871,210.75 ₪ כולל מע"מ	27/10/2016
שם הספק		מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מ.מספר עמותה)	
יאיר אור טכנולוגיות בע"מ		514408707	

סוג ההתקשרות: רכש מכר טובין שירותים ביצוע עבודה

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט של הטובין/השירות/העבודה)
רכישת מכשיר MALDI TIME OF FLIGHT MASS SPECTROMETER

פרסום כוונת ההתקשרות
האם יבוצע פרסום הליך מקדים של בחינת קיומם של ספקים/מיזמים? כן

הוועדה בתנה את המסמכים הבאים: חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית ביחידה אשר פורסמה

החלטת ועדת המכרזים
הועדה מאשרת להתקשר עם Bruker Daltonik GmbH כספק יחיד בהתאם לתקנה (29)3 לתכ"ם.



וועדת מכרזים משרדית - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

**שם הטופס: פרוטוקול ועדת מכרזים לאישור התקשרות בפטור לפי תקנה
(29)3, (30)3, (31)3, (32)3**

אישור פרטי ההתקשרות

◆ הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות באופן מלא, לפי בקשת היחידה.

שוי ההתקשרות ותקנה תקציבית	תאריך סיום התקשרות	תאריך תחילת התקשרות
1,871,210.7 כולל מע"מ תקנה תקציבית: 33060125	31.12.2017	מועד ההזמנה/ההסכם ע"י חשבת המשרד

תוקף הפטור	מיום קבלת החלטה זו ועד	31.12.2017

סיווג ההתקשרות

• הדין בחלק זה יתבסס על טופס "בקשה לאישור וסיווג התקשרות" מס' 7.2.2.1, אשר ימולא על ידי היחידה המזמינה.

הוועדה מחליטה לאשר סיווג ההתקשרות לפי תקנה (29)3 לתקנות חובת המכרזים.

תנאים לסיווג ההתקשרות, ככל שקיימים: (בהתאם לתקנה 9(ב) לתח"ם)

הוועדה מחליטה לא לאשר את הבקשה לסיווג ההתקשרות בפטור ממכרז.

הוועדה מחליטה על עריכת דיון נוסף.

אישור פרטי ההתקשרות

הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות באופן מלא, לפי בקשת היחידה.

הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות בשונה מבקשת היחידה, כמפורט להלן:

הוועדה מחליטה להעביר את בקשת ההתקשרות לאישור ועדת הפטור המשרדית.

הוועדה מחליטה להעביר את בקשת ההתקשרות לאישור ועדת הפטור באוצר.

פרסום החלטת הוועדה על התקשרות בפטור

האם קיימת מניעה לפרסום החלטה על התקשרות בפטור ממכרז באתר האינטרנט הממשלתי? (לפי תקנה 1ג לתח"ם)

לא

כן (יש לפרט את הסיבה)

מטעמים של ביטחון המדינה.

מטעמי יחסי החוץ של המדינה.

מטעמי קשרי מסחר בין לאומיים.

מטעמי קשרי ביטחון \ בריאות הציבור.

מטעמי סוד מסחרי מקצועי.

דיון ונימוקים



וועדת מכרזים משרדית - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שם הטופס: פרוטוקול ועדת מכרזים לאישור התקשרות בפטור לפי תקנה (29)3, (30)3, (31)3, (32)3

- נא להתייחס בין היתר לסעיפים הבאים:
- הנימוקים להתקשרות בפטור – יש לציין מדוע אין זה מוצדק לערוך מכרז פומבי רגיל, מכרז פומבי מוגבל, מכרז סגור או פנייה תחרותית לקבלת הצעות.
- תנאים או הסתייגויות לעניין פרטי ההתקשרות.
- נימוקים לאי פרסום/פרסום חלקי של ההתקשרות.
- החלטת הוועדה לענין מיזם משותף:
- ימולא במקרה של התקשרות לפי תקנה (30)3
- מדובר במיזם משותף
- מדובר בהליך תמיכה
- דיון ונימוקים להחלטה:

מצ"ב מכתבו המנומק של פרופ' דניאל אלעד מנהל חטיבת המעבדות (בקטריוולוגיה) מיום 27.7.2016.

חתימת חברי הוועדה

שם	יושב ראש	חשב או נציגו	יועץ משפטי	חבר נוסף	חבר נוסף
שם	יושב ראש	חשב או נציגו	יועץ משפטי	חבר נוסף	חבר נוסף
תאריך	05.11.16	9.11.2016	מ.ר. 9.11.16	א.ד. רזניץ	
חתימה	יושב ראש	חשב או נציגו	יועץ משפטי	חבר נוסף	חבר נוסף



וועדת מכרזים משרדית - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

**שם הטופס: פרוטוקול ועדת מכרזים לאישור התקשרות בפטור לפי תקנה
(29)3, (30)3, (31)3, (32)3**

פרסום ודין בהשגות ככל שנתקבלו

יש למלא את השדות הבאים:
 פרסום על ידי המשרד (פרסום במנו"ף מספר _____)
 הפרסום בוצע מיום _____ עד ליום _____
 מועד אחרון להגשת השגות _____
 לא

**החלטת ועדת המכרזים
דין בהשגות שנתקבלו**

- חלק זה ימולא במקרים שבהם נתקבלו השגות בעקבות פרסום כוונה להתקשרות
-

מס"ד	שם הפונה	נימוקי ההשגה

הוועדה בחנה את המסמכים הבאים:

- העתק מההשגות שנתקבלו
 - חוות דעת של בעל הסמכות המקצועית ביחידה על ההשגות שנתקבלו
- דין, החלטת הוועדה ונימוקיה:**

- החלטת הוועדה תישלח לפונים

חתימת חברי הוועדה

שם	יושב ראש	חשב או נציגו	יועץ משפטי	חבר נוסף	חבר נוסף
תאריך					
חתימה					

95-11-16

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

משרד החקלאות	
יחידה מזמינה/מכון:	מכון וטרנירי
תאריך חוות דעת:	31/10/2016
בקשה מס' (פנימי):	

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

שירותים ביצוע עבודה טובין

שם הספק:	יאיר אור טכנולוגיות בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	514408707
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	₪ 1,871,210.75
תקופת ההתקשרות:	31/12/2017

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

רכישת מכשיר MALDI-Time-of-Flight Mass Spectrometer דגם Autoflex Speed ותוכנות גלוות לתפעול המכשיר מחברת Bruker Daltonik GmbH לפי הצעת מכיר ומפרט טכני מצורף.

מעבדות המכון נדרשות לזהות גורמי מחלה מיקרוביולוגיים וכן רעלים שונים באמצעות בדיקות בעלות דיוק גבוה וזמן לביצוע קצר ככל הניתן. טכנולוגיית MALDI-TOF עונה לצרכים אלו. בין היתרונות של שיטת MALDI-TOF לעומת השיטות שבשימוש כיום במכון: זמן קצר לביצוע בדיקה, תהליך בדיקה פשוט וקל ללמידה, תוצאות מהירות ומדויקות, עלות נמוכה לכלל בדיקה ועוד. שיטת MALDI-TOF הופכת להיות שיטה שגורה ומקובלת במעבדות אבחון ומחקר.

ע"מ למקסם את השימוש בשיטת ה MALDI-TOF במכון, הכרחי כי נרכוש מכשיר בעל רזולוציה גובהה וכן אפשרות לשדרוג מודולרי עתידי. רזולוציית המכשיר חייבת להיות כזו שתאפשר לא רק זיהוי חיידקים אלא גם זיהוי ואפיון רעלים, ואפיון מעמיק של גורמי מחלה לצרכי מעקב אפידמיולוגי.

נמצאו שתי חברות אשר מספקות מכשירי MALDI-TOF בתחום המיקרוביולוגיה: חברת Biomerieux וחברת Bruker. המכשיר שהוצג ע"י חברת Biomerieux אינו בעל רזולוציה מתאימה לזיהוי רעלים ואפיון מעמיק של גורמי מחלה. כמו כן, חברת Biomerieux לא הציגה מכשיר אשר ניתן לשדרוג מודולרי. חברת Bruker הציגה את מכשיר ה-Autoflex אשר בעל רזולוציה שמאפשרת זיהוי רעלים ואפיון גורמי מחלה ברמה מעמיקה וכן ניתן לשדרוג עתידי.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).


2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)

3. נימוקים והערות נוספות

- נערך חיפוש באינטרנט והתכתבות עם ספקים.
- נערכו פגישות עם ספקים של מכשירי MALDI-TOF בהן הוצגו צרכי המכון הוטרונרי.
- נמצא כי קיים דגם אחד (Autoflex), מחברת Bruker, אשר מאפשר להגיע לרזולוציה המתאימה לבדיקות שנדרשות במכון. כמו כן, לא נמצא דגם אחר מלבד דגם Autoflex אשר ניתן לשדרוג עתידי באופן מודולרי.
- יאיר טכנולוגיות בע"מ הוא הספק הבלעדי לדגם Autoflex בארץ (מצורף מכתב בלעדיות).
- בנסיבות העניין אנחנו מבקשים להכריז על ספק יאיר טכנולוגיות בע"מ כספק יחיד.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהל חטיבה (בקטריולוגיה)	פרופ' דניאל אלעד
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית