



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ועדת המכרזים המרכזית

הנדון: פטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) התקשרות עם גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ – לרכישת מכשיר Vizion לקריאת מחבני רגישות + רכישת תוכנת Swin כולל מודול לאינטרפרטציה של תוצאות

החלטת וועדה מיום 1/12/2016
מס' מחלקת מכרזים:
ע.מ. 511053126

פרוטוקול

1. בפני הוועדה בקשת היחידה לאשר לה התקשרות עם חברת "גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ" זאת לצורך רכישת הטובין שבנדון.
2. לפרוטוקול מצ"ב מסמכי הנמקה מאת היחידה חתומים ע"י ד"ר שלמה בלום, רופא מומחה (בקטריולוגיה) במכון הווטרנרי, להיות "גאמידור", ספק יחיד בנסיבות העניין.
3. כמו כן מצ"ב אישור בלעדיות עדכני של הספק מחודש יוני 2016 להיותו משווק מורשה של מוצרי החברה היצרנית באמצעות הספק "גאמידור" בישראל. להצהרת היחידה אין ספקים נוספים המורשים לשווק המוצרים בארץ.
4. לאור האמור והמפורט במסמכים, מאשרת הוועדה את מתן הפטור על בסיס תנאי תקנה 3 (29) כאמור בכפוף לחובת פרסום.
5. סה"כ היקף ההתקשרות הנו 118,170 ₪ כולל מע"מ וזאת בהתאם להצעות מחיר מיום 31/10/2016 המצ"ב.
6. ההתקשרות מותנית בכך כי לא תתקבלנה השגות.
7. ההתקשרות כפופה להוצאת הזמנת עבודה חתומה ע"י מורשי החתימה של המשרד ותעשה מיום החתימה על הזמנת עבודה ועד ליום 31/12/2017.
8. תוקף הפטור הנו מיום קבלת החלטה זו ועד ליום 31/12/2017.

נציג היחידה

תמים סעד
 ס/ח/עבוד

עו"ד בידרמן אורי
 נציג היועץ המשפטי

ינקו רבינוביץ'
 מ/מ יו"ר הוועדה

החלפה
27/11/16

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

יש למלא את השדות המסומנים באדום בלבד

משרד החקלאות	
יחידה מזמינה/מכון:	מכון וטרנרי
תאריך חוות דעת:	06/11/2016
בקשה מס' (פנימי):	

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

שירותים ביצוע עבודה טובין

שם הספק:	גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	עוסק מורשה 511053126
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	118,170.00 ₪
תקופת ההתקשרות:	31/12/2017

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) = מפרט טכני

(1) רכישת מכשיר VIZION לקריאת מבחני רגישות של חיידקים לאנטיביוטיקה בשיטת MIC
 (2) רכישת תוכנת SWIN כולל מודול אפידמיולוגי לאינטרפרטציה של תוצאות

מבחני רגישות של חיידקים לאנטיביוטיקה מבוצעים במעבדה לבקטריוולוגיה לצרכים קליניים, מחקריים ואפידמיולוגיים. המעקב האפידמיולוגי חשוב ביותר ע"מ לזהות מגמות של עלייה בעמידות חיידקים לאנטיביוטיקה ולתת הנחיות לרופאים בהתאם. המעקב חשוב גם לשמירת בריאות הציבור מפני אותם החיידקים העמידים לאנטיביוטיקה.

המעבדה תחל לבצע מבחני רגישות בשיטת MIC באמצעות ערכות Sensititre של חברת Thermo Scientific. שיטת MIC היא השיטה המומלצת ע"פ הספרות לביצוע מבחני רגישות. ערכות Sensititre ייחודיות לתחום הווטרנרי מאפשרות מתן תוצאות מדויקות יותר ובעלות נמוכה יותר לעומת השיטה הקיימת כיום במעבדה (disk diffusion test).

לשם ביצוע הבדיקות הנ"ל אנחנו מבקשים לרכוש מכשיר VIZION לקריאת תוצאות ותוכנת SWIN לאינטרפרטציה תוצאות, כולל מודול למעקב אפידמיולוגי.

• למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ


נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

- בוצע חיפוש באינטרנט ובמאגרי מידע מקצועיים אחר ערכות לביצוע מבחני רגישות בשיטת MIC.
- נמצא כי ערכות Sensititre הכי מתאימות לעבודת המעבדה (היקף התכשירים בבדיקה ועוד).
- בשיחה עם נציג הספק בארץ עלה כי יש צורך לרכוש מכשיר לקריאת התוצאות ותוכנה לאינטרפרטציה והעברת התוצאות למערכת הממוחשבת של המכון הווטרינרי, וזאת ע"מ לאפשר מתן תוצאות מדויקות ומהירות יותר וכן לצמצם את האפשרות לטעויות. בנוסף, יש צורך לרכוש בנפרד מודול אפידמיולוגי לתוכנה.
- חברת **Thermo Scientific** היא היצרנית היחידה של המכשיר ושל התוכנה המותאמים לערכות **Sensititre**. חברת גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ היא הספקית הבלעדית של חברת **Thermo Scientific** בארץ.
- מצורף: אישור ספק בלעדי, הצעת מחיר.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	רופא וטרינר מומחה (בקטריולוגיה)	שלמה בלום
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית