

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד: (בתיאור)	
יחידה מזמינה: מכון Codm	
תאריך: 26/09/16	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095059549	VIDEOGASTROSCOPE GIF-H-180

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	19,862 יורו+ מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

21 בספטמבר 2016
מספרנו : יש/2016-0515
תיק : 6-1130, 7005

לכבוד
מר ברונר לביא
כאן

נכבדי,

הנדון : מכון גסטרו – חו"ד לרכישת וידאוגסטרוסקופ

המכשיר שבנדון, דגם GIF-Q145, מס' סד' 2405356, תוצרת OLYMPUS, נשלח לתיקון עקב מעיכה בצינור ההחדרה ודליפה.

חברת מדטכניקה נציגת היצרן הבהירה כי מכשיר מדגם זה יצא משירות יצרן ואינו בר תיקון. החברה העבירה הצעה לרכישת מכשיר חדש דגם GIF-H180J בעיסקת טרייד-אין, עם הנחה של 50% עקב היות המכשיר המושבת בתנאים חוזה שרות.

מומלץ לממש הצעת החברה הרצ"ב ולסכם עלות הרכישה בהתאם להסכם חוזה השרות שנחתם עם החברה.

במכון הגסטרו מכשור מתוצרת OLYMPUS. לא ניתן לרכוש וידאוגסטרוסקופ מיצרן אחר זולת חב' OLYMPUS. לפיכך ניתן לראות היצרן ונציגתו המקומית ספק יחיד לרכישה זו.

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים כמקובל במוסד.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : הצעת מחיר

העתק : פרופ' א. אליקים