

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד: J.O. (ניתוחי סג)	
יחידה מזמינה: דמא	
תאריך: 15/11/16	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095075404	LIVE 3D XMATRIX TEE TRANSDUCER

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 21,000 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

15 בנובמבר 2016
מספרנו: יש/2016-0589
תיק: 3017, 1125A

לכבוד
מר ברונו לביא
כ.א.נ

נכבדי,

הנדון: טיפול נמרץ ניתוחי לב (ט.נ.ב.) –
חוו"ד לרכישת מתמר TEE תוצרת PHILIPS

בשימוש חדר ניתוח לב ילדים מתמר TEE, דגם X7-2T, מס' סד' BOTYLF אשר ניזוק עקב קרע וחדירת נוזלים.

עקב גודל הנזק, המתמר מקצר. החברה הבהירה היצרן לא מתקן מתמרי TEE, שימוש במתמר לאחר תיקונו מסוכן למטופל ואינו בטיחותי ולפיכך נדרש להחליפו בחדש.

רצ"ב הצעת חב' מדטכניקה לרכישת מתמר חדש בעיסקת טרייד-אין אותה מומלץ לממש.

יש לרכוש המתמר מיצרן המכשיר ולפיכך ניתן לראות את חב' מדטכניקה, נציגת היצרן PHILIPS ספק יחיד לרכישה זו.

יש לקיים מו"מ עם החברה לגבי משך תקופת האחריות שניתנת למתמר ולא כפי שמצויין בהצעת המחיר.

בברכה,

דר' יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר