

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(בדיאלוג ק"ח ליס"א)
יחידה מזמינה:	מכנין ריפוא
תאריך:	17.10.17

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095078341	EU-ME2 ULTRASOUND PROCESSOR
2	1095061156	LINEAR ULTRASONIC BRONCHOSCOPE MODEL : BF-UC180F
3	1040011603	MAJ-2056 ULTRASOUND CABLE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ

אומדן / שווי ההתקשרות:	122,981 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

2/..

- 2 -

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו** (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **פירוט הבדיקות שבוצעו לאיתור ספקים נוספים ונימוקים והערות נוספים:**

עפ"י חו"ד מצ"ב ממיטל ביסטרי

לאור הנימוקים שמניתי לעיל, הנני מצהיר כי לפי מיטב בדיקתי וידיעתי הספק המבוקש הינו ספק יחיד ואנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

מיטל ביסטרי	מהנדסת ביו-רפואית	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

תאריך: 25 בדצמבר 2016
מספרנו: מב/ 0665.2016
תיק: 7014, 1130-6

לכבוד
פרופ' יצחק קרייס
כא

נכבדי,

הנדון: מכון ריאות - חו"ד לרכישת רכיב האולטרסאונד במערכת ה-EBUS.

דוא"ל - ד"ר שולימזון מיום 14.11.16.

במכון ריאות מצויה מערכת Endo Bronchial Ultrasound System (EBUS) המשלבת מרכיבים מתוצרת היצרנים OLYMPUS ו-Hitachi-Aloka, אשר נרכשה מחברת "מדטכניקה" בשנת 2009. מדובר במערכת וידאו-ברונכוסקופ המשולבת עם אולטרסאונד אנדוסקופי הכוללת את הרכיבים הבאים:

- פרוססור וידאו דגם CV-190 תוצרת OLYMPUS (מס' פנימי ME045195).
- מקור אור קסנון דגם CLV-190 תוצרת OLYMPUS (ME045196).
- וידאו-ברונכוסקופ + מתמר US דגם BF-UC180F תוצרת OLYMPUS (ME030339).
- אולטרסאונד דגם ALPHA-5 תוצרת Hitachi-Aloka (ME030338).

בהמשך לסימוכין, נדרש לרכוש רכיב אולטרסאונד חדש בכמות של 1 יחידות, בעקבות תקלה אשר איננה ניתנת לתיקון ברכיב הקיים. אי לכך, נכון להיום מערכת ה-EBUS שבמכון ריאות מושבתת, ובמקומה נעשה שימוש במערכת משומשת מתוצרת Hitachi אשר הושאלה באופן זמני למכון מחברת "מדלייף". רצ"ב הצעת מחיר מס' 162509601 מחברת "מדטכניקה" הכוללת את הפריטים הבאים:

1. פרוססור אולטרסאונד דגם EU-ME2 מתוצרת OLYMPUS.
 2. כבל להעברת סיגנל US אל הברונכוסקופ.
 3. וידאו-ברונכוסקופ עם מתמר US מדגם BF-UC180F תוצרת OLYMPUS.
- הברונכוסקופ הנוסף ישמש כגיבוי למכשיר הקיים בזמן הליכי הסטריליזציה הנדרשים בין פרוצדורות, ויאפשר לשפר את היעילות והגמישות בתפעול המערכת.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

רכישת מעבד האולטרסאונד מדגם EU-ME2 תוצרת OLYMPUS תבטיח שילוב מיטבי במערכת ה-EBUS הקיימת במכון, ללא כל צורך בהתאמות נוספות, ותאפשר להחזירה לפעילות מלאה ותקינה באופן מידי.

מאחר ולא ידוע על ספק נוסף שלו דגם חליפי לרכיב הנ"ל, יש לראות בחברת "מדטכניקה" ספק יחיד לרכישה זו ולממשה בהתאם להצעת מחיר מס' 162509601, על כל סעיפיה.

יש לציין כי התקבלו הצעות היצרנים PENTAX ו-FUJINON למערכת ה-EBUS השלמה בעלות הגדולה מעלות החלפת רכיב ה-US התקול ב-45% לערך.

כמו כן, התקבלה הצעה מחברת "מדלייף" לרכישת מערכת ה-EBUS המשומשת מתוצרת Hitachi, המצויה במכון, בחשאלה. אופציה זו איננה מקובלת למימוש מטעמי שיקול אורך חיי המכשיר ועלויות האחזקה הנלוות.

יש כלול בהזמנה ספרות שירות והפעלה בכמות של 1 יח' מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

מיטל ביסטרי-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתק: ד"ר טיבריו שולימזון