

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאה
יחידה מזמינה:	סקוליסטי
תאריך:	05/03/17

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095053161	BRONCHOFIBERSCOPE BF-PE2

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע זפירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
	עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195
מספר ספק בשיבא	1773
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	14,644 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים





**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

5 במרץ 2017  
מספרנו: יש/2017-0089  
תיק: 6-1130, 1-6511

לכבוד  
מר גיל דר  
גבי גילי נעים  
2 א 1

נכבדי,

**הנדון: הצטיינות 2017/המחלקה לשיקום נשימתי –  
חוו"ד לרכישת ברונכוסקופ פיבראופטי**

א. דוא"ל דר' וולנר מיום 9.1.17  
ב. דוא"ל יואל הר אבן מיום 20.2.17 + 21.2.17  
ג. דוא"ל דר' שולימזון מיום 2.3.17, 5.3.17

1. בהמשך לסימוכין ב'ג' אושרה רכישת המכשיר שבנדון בכמות 1 יח' (תוכנית ההצטיינות פריט 115 ברשימה)

2. במח' לשיקום נשימתי מצויים מרכיבי מע' הברונכוסקופיה באים:

- מקור אור דגם CLK-4 תוצרת אולימפוס אשר אינו מאפשר שימוש במתאמים לברונכוסקופים השונים מאלה של היצרן אולימפוס.

- מצלמה דגם OTV-SC עם מערכת בקרה להפעלתה מתוצרת אולימפוס.

- מוניטור/מסך תוצרת אולימפוס.

דר' וולנר ודר' שולימזון מבקשים לרכוש דגם BP TYPE PE2 התואם את הצרכים ואשר מצוי בשימוש המחלקה בכמות 2 יח' ונדרש מכשיר שלישי שלו הנתונים הבאים:

- זווית ראיה - 120°

- עומק השדה - 3-50mm

- כיפוף קצה דיסטלי מעלה 180° / מטה 130°

- קוטר קצה דיסטלי - 4.9mm

- קוטר תעלת עבודה - 2.2mm

- אורך עבודה - 600mm