

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

הכר-11	משרד:
3113	יחידה מזמינה:
12/09/16	תאריך:

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור פריט	מק"ט	מס'
CARESCAPE CENTRAL STATION ATO MODEL	1095077368	1

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
תחנה מרכזית למוניטורים

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	לבנט
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510021884
מספר ספק בשיבא	1707
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$12,300 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

9 באוגוסט 2016
מספרנו: עש/2016-0442
תיק: 7015-4, 1120-9

לכבוד
מר ברונר לביא
כאן
נכבדי,

1599899

הנדון: דימות/ MRI - חו"ד לרכישת תחנה מרכזית למוניטורים

1. בחדר בקרה חדר MRI תחנה מרכזית תקולה מדגם iCentral המחוברת למוניטור מדגם N-MRI2 תוצרת DATEX. התחנה והמוניטור שניהם מדגם קודם ונרכשו לפני למעלה מ-10 שנים.
 2. חברת GE-DATEX מציעה תחנה מרכזית חדשה מדגם CSCS. תחנה זו יכולה להתחבר למוניטורים חדישים אך אין אפשרות לחברה למוניטור N-MRI2.
 3. מומלץ לממש הצעת מחיר PQ16L01065 של חברת לבנט לדגם CSCS הכוללת 6 רשיונות תוצרת GE-DATEX. יש לממש הצעת המחיר במלואה.
- יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.
- יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעה
העתק: מר גיל דר

1599899