

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	פ.ו. 388
תאריך:	04/09/16

מדינת ישראל \_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095058616	C.T. PORTABLE UNIT-CERETOM

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	עמוס גזית
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510469893
מספר ספק בשיבא	2008
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$280,000 + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1 בספטמבר 2016  
מספרנו: יש/2016-0476  
תיק: 3004

לכבוד  
מר ברנו לביא  
כאן  
נכבדי,

### הנדון: ט.ג. ילדים – חווי"ד לרכישת CT נייד

בשימוש ט.ג. ילדים CT נייד דגם CERETOM תוצרת חברת NEUROLOGIC, בעל מס' סד' 44. המכשיר נקלט ביום 1.5.2007.

בשנה האחרונה החלה הידרדרות במצב המכשיר שחייב זמן השבתה של מס' שבועות בחודשים יוני-יולי 2015.

במחצית חודש דצמבר 2015 שוב הושבתה פעולת המכשיר והפעם הובהר שיש צורך בהחלפת המונובלוק שעלותו גבוהה ביותר ומהווה 21.5% מעלות מכשיר חדש.

לנוכח מצבו של המכשיר ולנוכח העלויות הנדרשות, הומלץ על ידי כל הגורמים המקצועיים בקמפוס כי אין לטפל במכשיר הקיים שמצבו בכי רע ואין לדעת כיום מתי יקרוס בתקלה חדשה.

לנוכח חווי"ד זו הוחלט בהנהלת ביה"ח על החלפת המכשיר, זאת לנוכח העובדה כי פרופ' פרת הבהיר נחיצותו וחיוניותו של המכשיר, לנוכח מורכבות החולים שביחידה לטיפול נמרץ.

מאחר וקיימת בלעדיות עולמית ליצרן NEUROLOGIC בכל הקשור ל-CT נייד ומאחר וכל פירוט של התקנת CT סטטי מחייב עלויות גבוהות בסדרי גודל מעלות ה-CT הנייד, מומלץ לממש רכישת מכשיר חלופי מדגם זהה בהתאם להצעת המחיר הרציב ולאופיון היצרן הרציב באמצעות חבר' גזית, כאשר ניתן לראות היצרן ונציגתו המקומית ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

כחלק מהפקת הלקחים לגבי הדגם התקול, המכשיר החדש יותקן דרך קבע בביה"ח לילדים ולא יהיה נייד במתכונת שהיתה נהוגה עד עתה על מנת להאריך את חיי המכשיר למכסימום האפשרי ועל מנת למנוע תקלות עקב ניידות מיותרת.

ונינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים.

יש לסכם עלות חוזה שרות שנתי בתום תקופת האחריות.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעה

העתק: פרופ' ג. פרת