

המרכז הרפואי ע"ש ה. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידת מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095075347	B650 V2 FRAME WITH TOUCHSCREEN
2	1095059267	PSMP MODULE E-PSMP ENGLISH MODULE FOR ECG 3,5&12 LEADS WITH
4	1095052502	MODULE S/S SINGLE WIDTH AIRWAY- E-MINIC
3	1040010027	ICENTRAL LICENSE FOR 4 MONITOR CONNECTIONS L-NE

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושן	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג חתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	לבנט
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510021884
	1707

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

12 בדצמבר 2016
מספרנו: עש/2016-0643
תיק: 1001A, 1120-9

לכבוד
מר ברונו לביא
כאן
נכבדי,

הנדון: התאוששות אשפוז יום כירורגי –
חוו"ד לרכישת הרחבה למערכת ניטור מודולרית מרכזית
דוא"ל מיום 12.12.16

1. בעקבות הרחבת חדרי ניתוח במערך אשפוז יום, נדרשת הרחבה למערכת הניטור הקיימת.
2. המערכת הקיימת כוללת את המרכיבים הבאים:
 - א. מוניטור מודולרי מסוג BedSide – בכמות 12 יח'.
 - ב. תחנה מרכזית מדגם iCentral.
 - ג. מוניטור נייד – בכמות 2 יח'.
3. הרחבת המערכת תכלול את המרכיבים הבאים:

מוניטור מודולרי מסוג BedSide:

- 1) כל מוניטור יכלול את הפרמטרים הפיזיולוגיים הבאים:
ECG, HR, IBP, NIBP, SpO2, ETCO2, TEMP, R.R.
- 2) המוניטור יסופק עם מתלה קיר ייעודי וכל האביזרים הנדרשים לחיבור למטופל.
- 3) העלות תכלול חיבור המוניטור לתחנה המרכזית הקיימת.

הרחבת מספר הרישיונות:

מערכת הניטור כיום עושה שימוש מלא ברישיונות של התחנה המרכזית. נדרשת הרחבת הרישיונות לשם חיבור המוניטור לתחנה.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

4. מצורפת הצעת מחיר PQ16L01518 של חב' לבנט לרכישת הרחבה למע' ניטור מודולרית מרכזית.
- בנוסף, יש להדגיש כי ההצעה כוללת התקנת המתלים, התקנת רשת וחיבור המוניטור אל ה-Central Station באמצעות כבילה שתהיה בתוך תעלות מסומנות כדי לאפשר טיפול בעתיד באופן קל ונוח אם המצב יחייב זאת.
- מומלץ לממש הצעת המחיר על כל סעיפיה.
5. קיים צורך והכרחי לרכוש מוניטור מתוצרת GE-DATEX לנוכח הצורך בקורלציה עם המכשור המצוי בחדר הניתוח מכל ההיבטים (תקשורת עם התחנה המרכזית, העברת מודול בין המוניטורים ללא איבוד מידע וכ"ו).
- בהתאם לכך, ניתן ומחויב לראות את חב' GE ונציגותה המקומית ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.
- לשם הדגשה, אין יצרן אחר זולת GE שלו יכולת קורלציה עם המכשור המצוי בשימוש בת.נ. אשפוז יום כירורגי.
- יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל ממועד סיום ההתקנה ואישור המשתמש לתקינות המערכת.

בברכה

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט : סימוכין + הצעה

העתק : דר' אורקין דינה