

ועדת המכרזים ליחידות גזברות אזורית תל אביב

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	המעבדה לנגיפים
תאריך:	8.11.16

X _____ מדינת ישראל קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
המעבדה לנגיפים מעוניינת לרכוש מכשיר ריצוף מדגם 3500 בעל שמונה קפילרות של חברת life technology המשווק על ידי חברת רניום. תכונות המכשיר כוללות בין היתר: פלטפורמה ייחודית לריצוף בשיטת סנגר. לחברה חייב להיות שרות טכני ותחזוקתי מקומי מצוין. המערכת תדע לזהות טווח רחב של צבעים פלורסנטיים. המערכת צריכה לספק רצפים לתוצרי PCR הגדולים מ-850 זוגות בסיסים ולבצע זאת ל-88 דגימות ומעלה תוך 24 שעות. פרוט דרישות נוספות במסמך מצורף.

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא X _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

X _____ טובין שירותים _____ ביצוע עבודה _____

רניום	שם הספק:
511642449	מספר הספק
	(ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)
X _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ	ספק זה הינו:
657,856 ₪ כולל מע"מ	אומדן / שווי ההתקשרות:
30.11.17 – 01.12.16	תקופת ההתקשרות

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

חברת רניום היא המייצגת ומייבאת את המכשיר המדובר. מכשירים אחרים שלגביהם בררנו פרטים: Becton, Qiagen, Dickenson, אינם עונים על כל הדרישות המפורטות במסמך המתאר את הדרישות למכשיר הנחוץ למעבדה.

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).

3. נימוקים והערות נוספות.

במעבדה קיים מכשיר מתוצרת החברה. למעבדה ניסיון מעולה עם השרות המקצועי והמענה המהיר לבקשותיה. העובדה כי במעבדה יהיה מכשיר נוסף של אותה החברה יאפשר לנו להשתמש באותם הריאגנטים שכבר קיימים במעבדה ובאותה שיטת עבודה המשמשת אותנו גם כיום.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר דנית סופר	סגנית מנהלת המעבדה לנגיפים	10/3/17
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה