



**מדינת ישראל**  
**משרד החקלאות ופיתוח הכפר**  
**ועדת המכרזים המרכזית**

הנדון: פטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) - התקשרות עם חברת  
 אגנטק לצורך שידרוג מיקרוסקופ הפוך (החלפת בלאי) מתוצרת  
 ניקון, דגם NE200

מס' מחלקת מכרזים:  
 החלטת הוועדה מיום 1/12/2016  
 ח.פ. 511243545

**פרוטוקול**

1. בפני הוועדה בקשת היחידה לאשר לה התקשרות עם חברת אגנטק" לצורך שידרוג המכשיר שבנדון.
2. פרוטוקול מצ"ב מסמכי הנמקה מאת היחידה חתומים ע"י הד"ר יבגני חניניץ, מהם עולה כי לאחר בחינת החלופות ההליך הנכון והמתאים ביותר למשרד הנו שידרוג והחלפת החלקים הבלויים במכשיר (ולא רכישת מכשיר חדש).
3. במצב דברים זה בו נבחרה חלופת השידרוג והחלפת הבלאי הקיים, הרי שבהתאם לחוות הדעת האמורה נמצא הספק היחיד המסוגל ליתן את השירות באופן על פיו הוא מהווה "ספק יחיד בנסיבות העניין".
4. כמו כן לפרוטוקול זה מצ"ב אישור החברה היצרנית "ניקון" להיות "אגנטק" משווק בלעדי של מוצריהם (מסוג זה) בישראל.
5. חוות הדעת המקצועית והמסמכים המצורפים, מפורטים דיים ולא מצאנו לנכון להוסיף על האמור בהם.
6. לאור האמור והמפורט במסמכים, מאשרת הוועדה את מתן הפטור על בסיס תנאי תקנה 3 (29) כאמור בכפוף לחובת פרסום.
7. שווי ההתקשרות הכולל לא יעלה על 82,789 ₪ (כולל מע"מ) בהתאם להצעת המחיר 10/11/2016
8. ההתקשרות מותנית בחובת פרסום ובכך כי לא תתקבלנה השגות.
9. תוקף ההתקשרות הנו מיום חתימת הזמנת עבודה ע"י חשב המשרד ועד ליום 31/12/2017.


נציג היחידה

תמיס סעד  
 ס/חשבת

עו"ד בידרמן אורי  
 נציג היועץ המשפטי

ינקו רבינוביץ'  
 מ/מ יו"ר הוועדה

22/11/16  
↓



**שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ**

מספר הוראה: 7.8.2	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
מספר טופס: ט. 7.8.2.1	פרק משני: פטור ממכרז

משרד:	החקלאות
יחידה מחמינה:	אבחון ויראלי
תאריך:	10-11-2016

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה  3(29) /  3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"מ מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)**

**רכישה של עדשות של X4 X10 X20 X40 ו- X60 ופילטר CY5 למיקרוסקופ ניקון TE2000**

שדרוג פריט קיים - מערכת של מיקרוסקופ הפוך מדגם TE2000 תוצרת ניקון - ע"י רכישה של עדשות בגדלים של X4 X10 X20 X40 ו- X60. כמו כן הרכישה כוללת רכישה של פילטר הרגיש לסמן CY5.

המערכת שבידנו תקינה לחלוטין ברמה המכאנית, אך ברמה האופטית היא בלוייה. הבלאי הינו תוצאה של התיישנות המערכת, שגילה עולה על 15 שנים. מטבען, בדומה למשקפי ראייה, גם במיקרוסקופ העדשות מאבדות את איכותן במהלך השנים משום איבוד ציפוי, שריטות, פטריות ושינויים פיזיקליים ואחרים.

רכישת העדשות המבוקשות תשדרג את המיקרוסקופ בכך ש-(א) תאפשר עבודה תקינה ו-(ב) תגביר את יכולת הרזולוציה לרמה של מערכת עכשווית.

על ידי שדרוג המערכת תהיה בידנו מערכת שביצועיה אינם נופלים ממערכת חדשה, שעלותה כ-400-500 אלף ₪.

החשש מתקלות חוזרות ונשנות בחלקים אחרים מהמערכת המשודרגת - עקב גילה המתקדם - אינו רלוונטי שכן מדובר במערכת הובלת אור שאינה מושאת לבלאי ובמערכת מכאנית ומוטורית שאינה מתבלה.

כאמור, רכישת מערכת חדשה מקבילה, מדגם Ti2 כרוכה בהוצאה של כ-400-500 אלף ₪.

**שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ**

פרק ראשי: התקשרות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: סטור ממכרז	מספר טופס ט: 7.8.2.1

המערכת חיונית למשימות אבחוניות ומחקריות מגוונות.

האם קיים בבושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם משלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

X טובין  שירותים  ביצוע עבודה

שם הספק:	אגנטק
מספר הספק	511842449
(ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	
ספק זה הוגז	X ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ <input type="checkbox"/>
אומדן / שווי ההתקשרות:	62,789.00 ₪ (כולל מע"מ)
תקופת ההתקשרות:	דצמבר 2017

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ: מצורף מכתב בלעדיות מהיצרן

נא להתייחס לסניפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת:
  - חיפוש באינטרנט, באתר היצרן.
2. ממצאי הבדיקה:
  - נמצא כי חברת אגנטק הינה נציגתה הבלעדית של חברת ניקון.
  - נמצא כי אין אפשרות להתאים חלקים המיוצרים על ידי יצרניות אחרות.
3. נימוקים והערות נוספות:

**שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ**


מספר הוראה: 7.8.2	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
מספר טופס: ט. 7.8.2.1	פרק משני: פטור ממכרז

<b>רכישה של עדשות 4X X10 X20 X40 ו-X60 ופילטר CY5 למיקרוסקופ ניקון TE2000</b>
1. המיקרוסקופ אותו אנו מעוניינים לשדרג הינו תקין לחלוטין.
2. במיקרוסקופ האמור קיים בלאי טבעי של עדשות ונדרשת החלפתן
3. החלפה של העדשות לעדשות עכשוויות והוספת פילטר תשדרג את הרזולוציה האופטית ותביאו לרמה המקבילה למיקרוסקופ חדש במחיר של מעל ל- 400,000 ₪.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהל החטיבה לירולוגיה	ד"ר יבגני חניץ
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית