

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הסניף
יחידה מזמינה:	א.א.א.ג
תאריך:	26/10/16

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095015145	RHINO LARYNG.PHARYNGO.(PENTAX

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	גטר גרופ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520042326
מספר ספק בשיבא	71160
ספק זה הינו:	_____ √ _____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן/ שווי ההתקשרות:	23,736 יורו + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

18 באוקטובר 2016
מספרנו: יש/2016-0543
תיק: 11-1130, 1007

לכבוד
מר ברוננו לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: מח' א.א.ג – חו"ד לרכישת LARINGO-PHARINGOSCOPE

דוא"ל פרופ' וולף מיום 11.10.16

בשימוש מרפאת א.א.ג 7 מכשירים מתוצרת פנטקס ומכשיר אחד מתוצרת אולימפוס.

המכשיר מתוצרת אולימפוס מדגם ENF-T3, בעל מס' סידורי W200328 נשלח לתיקון עקב נזק ונמצא כי עלות התיקון גבוהה ואינה כדאית (6800 יורו + מע"מ).

עלות מכשיר חדש הינה כדלקמן:

א. עלות דגם FNL-15RP3 מתוצרת פנטקס עם תעלת עבודה בקוטר 2.2 מ"מ עומדת ע"ס 7912 יורו ללא מע"מ.

ב. עלות דגם ENF-T3 מתוצרת אולימפוס עם תעלת עבודה בקוטר 2.2 מ"מ עומדת ע"ס 7700 יורו ללא מע"מ.

בסימוכין מבהיר פרופ' וולף כי נדרשת רכישת כמות של 3 מכשירים, דהיינו חלופה למכשיר התקול ותוספת של שני מכשירים על מנת לאפשר פעילות תקינה במרפאה ללא עיכובים.

בנוסף מבהיר כי קיימת עדיפות מוחלטת לדגם מתוצרת פנטקס מההיבטים הבאים:

א. כל 7 מקורות האור (3 מתוצרת AESCULAP ו-4 מתוצרת WELCH ALLYN) כוללים מתאמים התואמים לדגם מתוצרת פנטקס.

ב. לשלושת המצלמות מתוצרת STORZ כבלים התואמים לחיבור לדגם מתוצרת פנטקס.

ג. המתאמים במכונת החיטוי תואמים לדגם מתוצרת פנטקס.

ד. אמינות ועמידות הדגם מתוצרת פנטקס גבוהה בהשוואה לדגם מתוצרת אולימפוס.

מומלץ, איפוא, לנוכח הנ"ל לממש רכישת כמות של 3 יח' מדגם FNL-15RP3 מתוצרת פנטקס תוך קיום מו"מ.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

תינתן תקופת אחריות של לפחות 24 חודשים כמקובל במוסד.

ניתן לראות את חב' פנטקס ספק בלעדי לרכישה מטעמי אחידות המכשור והתאמה
למקורות האור, למצלמות הקיימות ולמכונת החיטוי הקיימת.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעות מחיר

העתק : פרופ' מ. וולף