

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

התקן —	משרד:
לכיון ראש	יחידה מזמינה:
M/12/16	תאריך:

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095074589	VIDEOBRONCHOSCOPE MODEL : EB-1575K

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מדר' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	גטר-גרופ
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520042326
מספר ספק בשיבא	71160
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	13,500 יורו+מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

30 בנובמבר 2016
מספרנו: יש/2016-0622
תיק: 1130-6, 7014

לכבוד
מר ברונז לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: מכון ריאות – חוו"ד לרכישת וידאו-ברונכוסקופ

במכון הריאות מצוי מכשיר וידאו-ברונכוסקופ דגם EB-1570K, מס' סד' G122083 שנשלח לתיקון.

בהתאם לבדיקת נציגות היצרן, חב' סאילאב, נמצא כי עקב חור בתעלת העבודה וחדירת נוזלים וחומרי חיטוי ישנו נזק בלתי הפיך לכרטיס האלקטרוני ולסיבי התאורה וכן קיימים שברים ומעיכות לאורך צינור ההחדרה. עלות התיקון גבוהה ואין כדאיות כלכלית לתיקון. המכשיר יושבת.

רצ"ב הצעת מחיר חב' סאילאב למימוש רכישת מכשיר חלופי מדגם EB-1575K בעסקת TRADE-IN.

במכון הריאות קיימים 7 מכשירים מתוצרת PENTAX. מערכת וידאו-ברונכוסקופ מחייבת שימוש אך ורק במיכשור מתוצרת יצרן המערכת. לא ניתן לערבב וידאו-ברונכוסקופים מיצרן אחד עם יצרן אחר. לפיכך יש לראות את חב' PENTAX ספק בלעדי.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום הקליטה והשימוש בפועל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר