

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד: <u>הכרמל</u>
יחידה מזמינה: <u>מכון סטא</u>
תאריך: <u>13/03/17</u>

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095063897	WATER ELEVATOR PUMP AQUA MASTER

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	שני-טל
מספר ח.ב / ח.צ / עמותה:	511029035
מספר ספק בשיבא	2246
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	11,800 יורו + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1 במרץ 2017
מספרנו: יש/2017-0079
תיק: 7005, 1111-4

לכבוד
מר גיל דר
גבי גילי נעים
כאן

נכבדי,

**הנדון: מכון גסטרו -
חונ"ד לרכישת משאבת מים לשטיפה להליך אנדוסקופיה**

דוא"ל דר' ברדן מיום 31.1.17

במכון גסטרו 8 חדרי בדיקה אנדוסקופית כאשר התפלגות משאבות המים לשטיפה להליך
האנדוסקופיה הינו כדלקמן:

5 חדרים כוללים משאבת מים תוצרת ENDO TECHNIK דגם AQUA MASTER

3 חדרים כוללים משאבת מים תוצרת OLYMPUS דגם OFF-2

המשאבות מתוצרת OLYMPUS רוויות תקלות ולפיכך יש להשביתן עקב בלאי.

מאחר ודגם AQUA MASTER מצוי בשימוש ביתר חדרי הבדיקה וקיימת שביעות רצון
מלאה מפעילותו, מבקש דר' ברדן להחליף את הדגם הבעייתי מתוצרת OLYMPUS בדגם
שעמו הניסיון מוצלח ואשר עונה לכל שנדרש וללא תקלות, דגם AQUA MASTER.

מדובר בדגם בעל הנתונים הבאים:

- משאבה הפועלת על עקרון פריסטלטיקה
- ספיקה עד 600lpm
- יכולת כיוון הספיקה
- הרכבת צנרת פשוטה
- זינת רשת חשמל חד-פאזית 230V/50Hz
- אחידות בצנרת המשאבה הקיימת בכל חדרי הבדיקה

רצ"ב הצעת מחיר של חב' שניטל המשמשת כנציגת היצרן הגרמני בארץ, אותה יש לממש
לכמות 3 יח'.

על מנת לשמור על אחידות המכשור ניתן לראות את היצרן ונציגתו ספק בלעדי לרכישה זו.

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

תינתן תקופת אחריות למשך 24 חודשים מיום הקליטה בפועל.

תינתן ספרות הפעלה ושרות.

סעיף תקציבי למימוש – תוכנית ההצטיידות שורה 39.

למען הגילוי הנאות – הדגם המומלץ לרכישה זכה במכרז 518/09 לכמות 5 המשאבות,
כאשר המתחרה היתה חבי אולימפוס.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעה

העתק : דר' איתן ברדן