



מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ועדת המכרזים המרכזית

הנדון: פטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) התקשרות עם "בית העמק"
 לצורך רכישת מכשיר להפקת DNA ו-RNA מחברת "מקסוול" עבור
 המעבדה לכלבת – שר"ט.

החלטת וועדה מיום: 14/9/2016
 מספר ח.פ.: 511513145
 מס' מחלקת מכרזים:

פרוטוקול

1. בפני הוועדה בקשת היחידה לאשר לה התקשרות עם חברת "בית העמק" לצורך רכש הטובין שבנדון.
2. לפרוטוקול מצ"ב מסמכי הנמקה מאת היחידה חתומים ע"י ד"ר בוריס יעקובסון מנהל המעבדה לכלבת בשו"ט, המספקות הסבר להיות החברה ספק יחיד בנסיבות העניין.
3. המסמכים מפורטים דיים ולא מצאנו לנכון להוסיף על האמור בהם. מחוות דעת זו עולה, כי עובדת היות הטובין המבוקשים מוצר העונה להגדרת "ספק יחיד" נובעת מכך כי רק במכשור זה משולבות/מגולמות כל התכונות הנדרשות (המפורטות בהרחבה בחוות הדעת של ד"ר יעקובסון) שכולן **הכרחיות** עבור המעבדה שתעשה בהן שימוש.
4. כמו כן מצ"ב לחוות הדעת אישור החברה היצרנית "פרומגה" להיות "בית העמק" משווק בלעדי של מוצריהם בישראל.
5. לאור האמור והמפורט במסמכים, מאשרת הוועדה את מתן הפטור על בסיס תנאי תקנה 3 (29) בכפוף לחובת פרסום והיעדר השגות.
6. סה"כ היקף ההתקשרות הנו: 49,315.50 ₪ כולל מע"מ על בסיס הצעת המחיר של החברה מיום 7/7/2016 מצ"ב. הצעת המחיר הנה לרכש יחידה אחת של המכשור המבוקש.
7. תוקף הפטור הנו מיום קבלת החלטה זו ועד 31/12/2016
8. תוקף ההתקשרות מיום חתימה על הזמנת עבודה ועד ליום 31/12/2016

אורלי שאוליאן
 חשבת

עו"ד בידרמן אובי
 נציג היועץ המשפטי

ינקו רבינוביץ'
 מ/מיו"ר הוועדה



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות מספר הוראה: 7.8.2
 פרק משני: פטור ממכרז מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	החקלאות
יחידה מזמינה:	המכון הוטרינרי – מעבדת כלבת
תאריך:	22.8.2016

אל: ועדת המכרזים
הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
רכישת מכשיר להפקת DNA ו-RNA מחברת MAXWELL עבור המעבדה לכלבת.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	בית העמק
מספר הספק (ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	51-151314-5
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	49,315.50 ₪ כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	2016

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
מספר טופס: ט. 7.8.2.1	פרק משני: פטור ממכרז

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת נבדקו מכשירים הקיימים בשוק והמכשיר המבוקש הוא היחיד אשר עונה לצרכי המעבדה. הספק הינו בעל בלעדיות ליבוא מכשיר זה – ראה המסמך המצורף.
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

מערכת ה-Maxwell של חברת Promega, היא מערכת ייחודית להפקה אוטומטית של DNA ו-RNA שמשלבת מספר פרמטרים החיוניים למעבדתנו ואינם קיימים במערכות אחרות. המערכת גמישה ביותר ומאפשרת הפקת חומצות גרעין (DNA ו-RNA) ממגוון דוגמאות כולל נגיפים, חיידקים (גרם חיובי וגרם שלילי), חרקים, דם ורקמות אנימליות. המערכת מאפשרת להפיק חומצות גרעין (DNA ו-RNA) בנפרד או במקביל מדוגמאות במצב נוזלי או מוצק. מדוגמה בודדת ניתן להפיק עד 16 דוגמאות כאשר בכל פעם נעשה שימוש בכמות הריאגנטים בהתאם למספר ההפקות הדרושות. המערכת מאפשרת לשלוט על נפח הדוגמה המוטענת ונפח אילוציה. בנוסף המערכת כוללת את הפרוטוקולים לכל הקיטים הקיימים וניתן לעדכן פרוטוקולים חדשים ללא עלות. כמו כן לאור שימוש בדוגמאות רגישות במעבדה, במיוחד בירוס הכלבת, יש חשיבות רבה לטכנולוגיה שתמנע זיהומים בין דוגמאות והשפצות. מערכת Maxwell היא המערכת היחידה המשלבת מספר מאפיינים המונעים זאת. טכנולוגיית ההפקה מבוססת על Magnetic Particles ולא Liquid Handler, כלומר הדוגמה נקשרת לחלקיקים מגנטיים והם אלה שמועברים בין בארית לבארית ולא הנוזל ולכן לא יהיו השפצות שיכולות לגרום לזיהום בין דוגמאות. כמו כן המערכת מכילה מנורת UV המאפשרת את החיטוי של המכשיר לאחר כל הפקה או בהתאם לצורך. גודל המערכת מאפשר להציב אותה במנדף ביולוגי מה שמוסיף עוד מימד חשוב לעבודה בטוחה. אפשרות לחבר סורק ברקוד מאפשרת מעקב ותיעוד וכוללת אופציה שמחייבת התאמה של ברקוד על כל מרכיבי ההפקה וכך מונעת טעויות עבודה. קיימת אפשרות התממשקות של הסורק למערכת לימס הקיימת במעבדה.

מכשיר זה נחוץ לפעילות האבחונית והמחקרית המתבצעת במעבדת הכלבת.

לאור הנימוקים שמנתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

ד"ר בוריס יעקובסון	מנהל המעבדה	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה