

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1040011876	מנורת טיפולים MARLED E3 משולבת בגומ

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
עפ"י חו"ד מצ"ב מענבר שושו	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	זילברמן טכנולוגיות
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	510542202
מספר ספק בשיבא	27100
ספק זה הינו:	_____ √ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	89,478 שח' + מע"מ
תקופת ההתקשרות	24 חודשים



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

27 בפברואר 2017
מספרנו: עש/2017-0071
תיק: 2-1117, 2001

לכבוד
מר גיל דר
גב' גילי נעים
כאן
נכבדי,

הנדון: בינוי 2017/מיון – חו"ד לרכישת מנורות בדיקה לחדרי הלם
בינוי 2017 – מיון

1. בהתאם לסימוכין נדרשת רכישת המכשיר שבנדון בכמות 6 יח' לשלושת חדרי ההלם אשר יופעלו בשלב ב' של פרויקט הבינוי.

2. מדובר במנורת בדיקה בעלת התכונות הבאות:

תאורה מסוג LED
עוצמה של 60,000 lux
טמפי' תאורה 4500°K
מרחק עבודה 70-140cm
זינת רשת החשמל – 230V/50Hz

3. מומלץ לממש הצעת 17000108 של חב' זילברמן, לדגם MARLED E3 תוצרת KLSmartin. ההצעה כוללת את כל האביזרים הנדרשים להתקנה על הבומים בחדרי ההלם ואת ההתקנה עצמה.

ששת הבומים המותקנים בחדרי ההלם הינם מתוצרת חב' זילברמן. רכישה של מנורה מספק אחר או מנורה שאינה מותאמת לבום לא תאפשר התקנתה על גבי הבום שהיא הנוחה והבטיחותית ביותר לתפעול והמתאימה ביותר להתקנה בהתחשב בתשתיות הקיימות. בהתאם לכך, ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק בלעדי לרכישה.

4. זמן האספקה הוא 6 שבועות, לשם קליטת והתקנת המכשור נדרשים שבועיים נוספים. יש לבצע ההזמנה בפועל בהתאם ללוח הזמנים המתואר.

יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בפועל.

יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה.

בברכה,

ענבר שושן - Bsc
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין

העתקים: דר' אור יעקב
דר' עירוני אבינח
גב' הרץ דבורה