

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
3	1095077905	M5 HANDPIECE 30K RPM
2	1095077897	FOOT SWITCH FOR IPC
1	1095077889	IPC POWERED ENT CONSOLE WITH CAPABILITIES F/CONNECTING

תיאור סהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
	עפ"י חו"ד מצ"ב מדרי' שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר: _____ כן _____ לא _____
 סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדי פישר
מספר ת"פ / ח.צ. / עמותה	513339143
מספר ספק בשיבא	1779



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

17 בנובמבר 2016
מספרנו: יש/0595-2016
תיק: 1007, 1132-12

לכבוד
מר ברונר לביא
כאן

נכבדי,

הנדון: מח' א.א.ג. –

חוו"ד לרכישת מערכות ניתוחיות לניתוחי סינוס ובסיס הגולגולת

- א. דוא"ל פרופ' וולף מיום 14.7.16
- ב. דוא"ל פרופ' וולף מיום 26.7.16
- ג. מכתבנו יש/0591-2016 מיום 15.11.16
- ד. דוא"ל פרופ' וולף מיום 16.11.16

1. בשימוש מח' א.א.ג. שתי מערכות ניתוחיות לניתוחי סינוסים ובסיס הגולגולת מתוצרת
MEDTRONIC-XOMED:

- דגם XPS 2000 באשפוז יום כירורגי מיום 18.6.2001 מס"ד 5858

- דגם XPS 3000 בח.נ. מרכזי מיום 30.7.2009 מס"ד 112254

שתי המערכות ישנות ובהתאם לתכתובת של פרופ' וולף שחוקות ואינן מאפשרות
פעילות תקינה במהלך הניתוח.

המערכות מופעלות בו-זמנית בשני חדרי ניתוח.

כיום הבהיר פרופ' וולף כי הפעילות הניתוחית תגדל לשלושה חדרי ניתוח בו-זמנית,
שני חדרי ניתוח בחדר הניתוח המרכזי וחדר ניתוח באשפוז יום כירורגי, בתדירות של
פעמיים עד 3 פעמים בשבוע.

פועל יוצא להגדלת היקף הפעילות מחייב רכישת 3 מערכות ניתוח חדשות אשר יאפשרו
פעילות תקינה ואמינה לכל מהלך הניתוח (ללא תקלות מזדמנות עקב בלאי) ולאורך
זמן.

2. בסימוכין ג' הרצי"ב קיים פירוט של מצאי הידיות ויחידות הקצה המצויים בפועל
בחדרי הניתוח, מצאי שאושר ע"י פרופ' וולף בסימוכין ד'.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

עלות סך כל יח' הקצה בשני חדרי הניתוח עומד ע"ס כולל של \$ 91,526 ללא מע"מ.
לעלות זו יש להוסיף סך של \$ 42,000 של ידיות, כך שסה"כ עלות האביזרים מתוצרת
חב' MEDTRONIC-XOMED המצויים בחדרי הניתוח הינה בסך של \$ 133,526 ללא מע"מ.
כל האביזרים ויח' הקצה הקיימים תואמים לשימוש במערכות החדשות אותן יש
לרכוש ואישור לכך ניתן ע"י פרופ' וולף בסימוכין ב'.

לנוכח הנ"ל ולנוכח שביעות רצון המנתחים מאיכות המערכות, ניתן לראות את היצרן
MEDTRONIC-XOMED ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

למען הסר ספק, לא ניתן לשלב את מצאי האביזרים ויח' הקצה המצויות בחדרי
הניתוח בסך כולל של \$ 133,526 שכולם מתוצרת MEDTRONIC-XOMED עם יח' הנעה
(מנועים) מתוצרת יצרנים אחרים.

רצ"ב הצעת חב' מדי פישר מס' 62913 אותה יש לממש על כל סעיפיה.

יש לכלול בסעיף שונות גם את מערכת XPS-3000 בעיסקת ה-TRADE-IN.

תינתן אחריות למשך 24 חודשים לפחות כמקובל וכן תסופק ספרות הפעלה ושרות לכל
מכללי המערכת.

ב ב ר כ ה ,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעה

העתק : פרופ' מ. וולף