

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
טלפון : 08-9124456 , פקס : 086476003
יום שלישי 05 יולי 2016

- עדכון מס' 1 -
מכרז פומבי מספר 9/2017
נושא: דפיברילטור חצי אוטומטי (AED)

אנו מעדכנים ומבהירים את מסמכי המכרז והמפרט כדלקמן :

א. סעיף 3.6.2

מדובר על חייווי ויזואלי המציג את עוצמת הסוללה על פי רמות. לא נדרש מסך אלא החיווי היזואלי נעשה באמצעות סקלת נוריות. חייווי המציג תקין או לא תקין בלבד לא מספיק ונדרשת סקלת עוצמה.

ב. סעיף 3.9 אין יתרון לבדיקה יומית.

ג. סעיף 3.10

פרק התיעוד נועד לצורך תחקור אירועים. למכשירי AED יכולת זכרון פנימית לתיעוד הפעולות שהמכשיר ביצע. מבחינה מדיקולגלית אנחנו חייבים שלמכשיר תהיה יכולת שמירת המידע ושתהיה לפחות האפשרות לאחזר את המידע לפיכך יש לתקן את הסעיף כדלקמן :

3.10 תיעוד

3.10.1 המכשיר ישמור את פרוטוקול האירועים האחרונים בשיטת FIFO בארכיון פנימי

ויאפשר לחזור לאירועים לצורך שליפתם והדפסתם

3.10.2 המכשיר ישמור לפחות אחד מהלידים באופן רציף מרגע פתיחתו וחיבורו לחולה

בנוסף לאירועים הקריטיים הנשמרים אוטומטית.

3.10.3 המכשיר יסופק עם תוכנה המאפשרת פריקת נתונים לצרכי תחקור לאחר אירוע.

ד. סעיף 3.11

אין פשרה לגבי הדרישות המפורטות בסעיף זה. מכשירי החייאה נבחנים ברגע האמת,

שום אחריות לא תיתן פתרון למצב שהמכשיר לא יפעל ברגע האמת.

ה. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 19.03.17 שעה 16:00.

ו. בשאר פרטי המכרז לא חל כל שינוי .

ז. לידיעתכם.

בברכה,
פנינה אלון, רס"ב
מדור קניות

העתק :
רמ"ד ניתוב ובקרה
תיק מכרז