

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
טלפון: 08-9124452, פקס: 097697837
יום רביעי 09 נובמבר 2016

מכרז פומבי מספר 110/2016 - ערכות אפיון דנ"א - עדכון מס' 2

1 הרינו לעדכן את מסמכי המכרז והמפרט שבנדון כלדקמן:

- 1.1 מפרט טכני- סעיף 9.2 – נדרשת אריזה של לפחות 200 בדיקות לערכה.
- 1.2 מפרט טכני – נספח א' סעיף 8 – המציע לא ישא בעלות של קפילרות, בופרים ופופים.
- 1.3 מכרז - סעיף 12.8 - האומדן מתייחס למחיר הערכות שבמס"ד 1 ו-2. בנוסף הרינו לעדכן כי החריגה מהאומדן מתייחסת להצעות החורגות כלפי מעלה מהאומדן.
- 1.4 מכרז – סעיף 20.2 – המציעים יעמידו כמות ערכות המספיקות ל – 200 בדיקות בכל מעבדה - סה"כ 400 בדיקות.
- 1.5 הצעת המחיר תתייחס גם לבדיקה במאגר הדנ"א וגם לגם למעבדת הדנ"א . ניתן להגיש הצעת מחיר שונה לבדיקה במאגר הדנ"א והצעת מחיר שונה לבדיקה במעבדת הדנ"א, בכל מקרה תוגש הצעת מחיר לכל פריט בנפרד. לפיכך להלן סעיף 20 המעודכן:

20 **אופן קביעת זוכה, זוכה מדורג וזוכה חליפי:**

20.1 שלב א' - שקלול עלות ודירוג ההצעות בהתאם לנוסחה הבאה:

- 20.1.1 - הצעת מחיר לבדיקה אחת עבור מעבדת דנ"א
- 20.1.2 Y – הצעת מחיר לבדיקה אחת עבור מאגר דנ"א
- 20.1.3 Z – הצעת מחיר לבדיקות וולידציה.
- 20.1.4 כלל הצעות שיתקבלו ידורגו עפ"י הנוסחה הבאה:
$$\text{MIN}[25,000 * X + 150,000 * Y + Z]$$
- 20.1.5 שתי ההצעות הנמוכות ביותר יעברו לשלב ב'.
- 1.6 **לאור זאת מצורף טופס הצעת המחיר - מעודכן!!!**
חובה להגיש את הצעת המחיר ע"ג הטופס המעודכן.

2 המועד האחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך 13.12.16 שעה

14:00.

3 ביתר פרטי המכרז לא חל כל שינוי .

בברכה,

עמוס מכלוף, רפ"ק

ר' חו' מכרזים

טופס הצעת מחיר מעודכן!!!

נספח ב'



טופס הצעת מחיר למכרז פומבי 110/2016

מס"ד	תיאור הפריט	כמות בדיקות שנתית משוערת	מידת רכש	מק"ט מציע	שם יצרן	מק"ט / דגם יצרן (P.N)	מחיר בש"ח <u>לבדיקה אחת</u> <u>כולל מע"מ</u>
1	בדיקה לאפיון דנ"א עבור מעבדת דנ"א	<u>25,000</u>	יח'				
	בדיקה לאפיון דנ"א עבור מאגר דנ"א	<u>150,000</u>	יח'				
2	בדיקת וולידציה	<u>1</u>	יח'				המחיר לא יעלה על 150,000 ש"ח כולל מע"מ

הערות:

1. הצעת המחיר הינה בהתאם למפרט מספר 35/2016
2. מחיר המקסימום לבדיקת הוולידציה הינו 150,000 ₪ כולל מע"מ – הצעה שתחרוג ממחיר המקסימום תיפסל!
3. חובה להגיש הצעת מחיר לשלושת הפריטים – הצעה חלקית תיפסל!
4. כמות בדיקות בערכה: _____.
5. נפח ריאקציה מומלץ לבדיקה במאגר הדנ"א: _____
(בהתאם להצהרת היצרן/מציע)
6. המחיר המוצע עבור הפריטים יהיה כולל מע"מ בשיעור של 17%.
7. רצוי לצרף תמונה של הפריט המוצע.
8. כמות הבדיקות המשוערת הינה לצורך שקלול ההצעות בלבד ואין בה כדי לחייב את המשטרה.

חותמת וחותימה

שם המציע

תאריך