

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-9683795

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 10.1.2017

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 32/2016

נושא: אספקת מערכת UHPLC-MS/MS TRIPLE QUADRUPOLE עבור מרכז מחקר דרום- גילת

מועד אחרון להגשה: 23.1.2017 בשעה 12:00

* הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://www.mr.gov.il/purchasing>

ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

מס'ד	הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
1.	בסעיף 7. א.4. סעיף 51	האם ניתן להבחין בין הנתונים לאו דווקא בצבעים שונים אלא בהפרדה באופן אחר כגון: הדגשה, קו תחתון וכיוצ"ב?	הבחנה בין הנתונים מהווה תנאי סף במכרז. יחד עם זאת הבחנה זו יכול שתבוא לידי ביטוי באופנים שונים ובלבד שתהיה הפרדה נראית לעין בין הנתונים.
2.	בסעיף 7. א.2. סעיף 18	האם ניתן להציע מקור יונים (Ion Source) המצריך החלפה ידנית בין מקורות היונים ESI ו-APCI?	נדרשת החלפה בין שני מצבי היוניזציה המבוקשים באופן אוטומטי או כאוטומטי. קרי: ניתן להציע גם מקור יונים (Ion Source) המצריך החלפה ידנית בין מקורות היונים ESI ו APCI ובלבד שאופן ההחלפה הינו פשוט ביותר (לדוגמא - מצריך לחיצת כפתור/הדלקת מתג בלבד) ומהירות ההחלפה הינה קצרה (עד כדקה).

מוטי ניר
חבר ומ"מ יו"ר הועדה

גלעד שמיר
חשב המינהל

עו"ד בת-עמי הלווינג
יועצת משפטית המינהל

אמיר גנאור
יו"ר הועדה

שם המציע חותמת וחתימה