

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-9683795

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 10.1.2017

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 32/2016

נושא: אספקת מערכת UHPLC-MS/MS TRIPLE QUADRUPOLE עבור מרכז מחקר דרום- גילת

מועד אחרון להגשה: 23.1.2017 בשעה 12:00

* **הטופס מפורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו:** <http://www.mr.gov.il/purchasing>

ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

תשובה	פירוט השאלה	הסעיף המופיע במכרז	
א. דרישה זו מהווה תנאי סף במכרז. אשר על כן, עליה להתקיים במלואה אצל המציע במועד הגשת ההצעה. ב. לא. דרישה זו הינה תנאי סף במכרז הנדרשת, בין היתר, משיקולי אחריות.	א. האם ניתן לצרף תעודה לטכנאי אחד + התחייבות להכשיר טכנאי נוסף לא יאוחר ממועד התקנת המערכת? ב. האם ניתן לספק הדרכה והטמעה של המערכת על ידי מומחה אפליקציות MS ולא ע"י הטכנאי?	6 ה'	1.
<u>לא ניתן לשנות את תנאי הסף במכרז הנדרש בשל צרכים מקצועיים של מבצע המחקר.</u>	מבקשים לשנות את הדרישה ל: C above ambient to 80 °C 5	7 א' 1 - 14	2.
<u>לא ניתן לשנות את תנאי הסף במכרז הנדרש בשל צרכים מקצועיים של מבצע המחקר.</u>	האם ניתן להציע מערכת בעלת DDA בשיטת tMRM(triggered MRM)?	7 א' 4 - 46	3.
המדחס יותקן על גג המבנה במיקום שמעל לחדר בו יותקן המכשיר. תידרש צנרת אויר של 20 מטר לכל היותר, בהפרש גובה של כ 4-5 מטר. המחולל יותקן בחדר אחד יחד עם המכשיר או בסמוך לו.	מה המרחק בין הנקודה בה יותקנו התשתיות (מדחס+מחולל) לבין המקום המיועד להתקנת המערכת? האם יש הפרשי גובה?	7 א' 6 - 61	4.
מיכלי הגז יותקנו בחדר אחד יחד עם המכשיר, או בסמוך לו. אין הפרשי גובה. אורך הצנרת יקבע בהתאם למיקומם בפועל של בלוני הגז ביחס למכשיר ויהיה בטווח של 2-7 מטר. המיקום המדויק של בלוני הגז יקבע לאחר הצבת המכשיר בחדר המכשירים.	מה המרחק בין הנקודה בה יותקנו מיכלי הגז לבין המקום המיועד להתקנת המערכת? האם קיימים הפרשי גובה?	7 א' 6 - 62	5.
אורך: 100 מ"מ, קוטר 2.1 מ"מ, גודל חלקיקים 1.7µm	מה מפרט הקולונות הנדרשות? (קוטר ואורך וגודל חלקיקים)	7 א' 6 - 65	6.

7.	7 א' 6 – 68	האם הכוונה למכסים של בקבוקי סולבנטים הכוללים גם מסנן פחם פעיל למניעת יציאה של אדי סולבנטים מהבקבוק או למכסה+מסנן חלקיקים פשוט?	הכוונה למכסים עם מסנן חלקיקים פשוט.
8.	24 ד.	הזוכה צריך להזמין ציוד מהיצרן במיוחד עבור מכרז זה ובמפרט ייחודי ולכן לא סביר לבטל את ההזמנה ללא סיבה מבלי שינתן שיפוי לזוכה. נבקש לבטל הסעיף או לתקנו.	נוסח הסעיף מציין כי הפסקה חד צדדית של עורך המכרז תהא "תוך תשלום יחסי של העלויות בעבור כלל הטובין / השירותים אשר המינהל נמצא בתהליך השגתן, וזאת כפי שהוסכמו בין הצדדים עם תחילת ההתקשרות". ככל שהזוכה יוכיח שנשא בעלויות אותן אין ביכולתו להשיב (או להקטין) אזי ידונו בהם הצדדים והמינהל יכול וישא באופן יחסי בעלויות אלו. אשר על כן, אין מקום לביטול ו/או לתיקון הסעיף.
הערת עורך המכרז: התשובות לשאלות ההבהרה ניתנות לפני משורת הדין ועל אף שעבר המועד להגשתן הואיל ונתברר כי עקב תקלה לא נתקבלו אצל עורך המכרז שאלות ההבהרה במועד.			

מוטי ניר
חבר ומ"מ יו"ר הועדה

גלעד שמיר
חשב המינהל

עו"ד בת-עמי הלוינג
יועצת משפטית המינהל

אמיר גנאור
יו"ר הועדה

שם המציע חותמת וחתימה