

מכרז פומבי מס' 54/2016 בנושא: אספקת ותחזוקת מכשירי אוטואנלייזרים ואספקת ריאגנטים לכימיה

הודעת תיקון מס' 2

במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס"ד	מס' העמוד והסעיף במכרז פרק/נספח	פירוט השאלה / הערה / בקשה
1.	כללי – מועד הגשת הצעות למכרז.	המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה נדחה לתאריך 06/03/2017 יום שני בשעה 12:00 בדיוק.
2.	75 ה' – טופס הצעת מחיר	א. חסרה התייחסות למתכלים ונוזלי שטיפה כך שניתן יהיה לתמחרם. ב. היות ולא ידוע מה יורץ במכשירים של דקל, הדריס וצלמון, כיצד ניתן לחשב כמות נדרשת?
	תשובה	מצ"ב טבלה מעודכנת עבור טבלה ב' הצעת המחיר – ריאגנטים לכימיה. הערה : טבלה א', משקלי הטבלאות ואופן בחירת הזוכה במכרז ללא שינוי.
3.	כללי	שאלה בנושא מסמכים מתורגמים מאת היצרן.
	תשובה	<u>אין צורך לתרגם את כל החומר המקצועי, לרבות כיילים, בקרים וריאגנטים, אלא רק את הצהרת היצרן והצהרת המשווק המורשה.</u>
5	כללי	עמוד 73-75, טבלה-ב : מצוין בהערות כי : "אורך חיי המדף לאחר פתיחתם כפי שמוגדר ע"י יצרן הריאגנטים-לא יפחת מהתוקף המצוין בטבלה לעיל". אנא הבהרתכם האם אכן הנתונים בקטגוריית "תוקף מינימלי (בימים) " מתייחס לתוקף לאחר פתיחת המיכל – On Board Stability ולא לתוקף הקיט במצב סגור.
	תשובה	<u>בוצע שינוי בטבלה ב' כך שהמציע במכרז יציין בעצמו בעמודה המתאימה את התוקף המינימאלי עבור הריאגנטים המוצעים לאחר פתיחתם.</u>
6	כללי	עמוד 73-75, טבלה-ב : מבוקש להשאיר את שדות "התוקף המינימלי (בימים)" פתוחים על מנת שיהא ניתן למלא את הנתונים הרלוונטיים לריאגנטים המוצעים.
	תשובה	<u>מקובל ראה התשובה מעלה.</u>
7	כללי	עמוד 73-75, טבלה-ב : מבוקש להשאיר את שדות "שיטת הבדיקה" פתוחים על מנת שיהא ניתן למלא את הנתונים הרלוונטיים לריאגנטים המוצעים.
	תשובה	<u>בוצע שינוי בטבלה ב' כך שהמציע במכרז יציין בעצמו בעמודה המתאימה את שיטת הבדיקה של הריאגנטים המוצעים.</u>
8	כללי	עמוד 73-75, טבלה-ב : מבוקש להשאיר את שדות "מס' בדיקות מקסימאליות פר קיט" פתוחים על מנת שיהא ניתן למלא את הנתונים הרלוונטיים לריאגנטים המוצעים.
	תשובה	<u>בוצע שינוי בטבלה ב' עמודת מספר בדיקות מקסימאליות פר קיט הוסרה, יש למלא את מספר הבדיקות פר קיט בעמודה הרלוונטית לגבי הריאגנטים המוצעים.</u>

9	כללי	עמוד 75-73, טבלה-ב: אנא הבהירו האם מבוצעות בדיקות אלקטרוליטיים, אם כן אילו ומהי כמות הבדיקות השנתית. נבקש לעדכן את טופס הצעת המחיר באופן שיאפשר לתמחר בדיקות אלקטרוליטיים.
תשובה		עודכן בטבלה ב' – טופס הצעת המחיר.
10	כללי	עמוד 75-73, טבלה-ב: נבקש לעדכן את טופס הצעת המחיר באופן שיאפשר לתמחר את תמיסות השטיפה הנדרשות לתפעול המכשירים.
תשובה		עודכן בטבלה ב' – טופס הצעת המחיר.
11	כללי	עמוד 41 סעיף 11.1.12 : 1. היות והמחיר הנקוב לפריט עבור הלקוח הינו במט"ח, מבוקש להבהיר כי המחיר השקלי שיצוין בהצעת המחיר יחושב בהתאם לשער החליפין הידוע ביום עריכת ההצעה. 2. כמו כן, מבוקש להוסיף סעיף הקובע כי: "במידה והמחיר הנקוב הינו במט"ח, אזי הסכום השקלי בהצעת המחיר יחושב בהתאם לשע"ח הידוע ביום עריכת ההצעה. יצוין כי המחיר השקלי בחשבוניות, כפי שתופקנה על ידי הזוכה במכרז, יקבע בהתאם לשע"ח הידוע ביום הפקת החשבונית"
תשובה		1. מקובל 2. ללא שינוי
12	כללי	עמוד 34 סעי' 4.6.2: בשל פערי מרחק של חלק מהמעבדות, מבוקש לעדכן את שעת ההגעה בבוקר ל- 08:30 (במקום 07:30).
תשובה		ללא שינוי
13	כללי	עמוד 38 סעי' 7: מבוקש להחריג מתחולת הקנסות מקרים בהם אי עמידה בלוי"ז ו/או אי הגעת טכנאי נובעת מעיכוב/אי קבלת אישור כניסה משב"ס.
תשובה		מקובל
14	כללי	עמוד 33 סעי' 4.4.7: בהקשר לדרישה להעמיד מערכת חלופית במעבדה, מבוקש להחליף "7 ימי עבודה" ב- "14 ימי עבודה". הבקשה הינה הכרחית ומחויבת המציאות נוכח העובדה כי נדרש זמן סביר לשם מעורבותו הישירה של היצרן בניסיונות לפתור תקלה במערכת, לרבות ביקור נציג היצרן ככל שנדרש.
תשובה		ללא שינוי
15	כללי	<u>כותרת הודעת תיקון מס' 1 תשונה ל: מכרז פומבי מס' 54/2016 בנושא:</u> <u>אספקת ותחזוקת מכשירי אוטואנלייזרים ואספקת ריאגנטים לכימיה.</u>

1. **טבלה ב' הצעת המחיר מעודכנת – ריאגנטים לכימיה – הטבלאות מבטאות אומדן אספקה**

חודשי יש לכפול ב 12 חודשים ולציין בטופס זה את ההצעה.

פירוט הריאגנטים המוצעים

הבדיקה	מק"ט	שיטת הבדיקה	תוקף מיני מלי (בימי) (ס)	אומדן בדיקות המבוצעות במעבדת מר"ש (חודשי)	קונפיגורציה (בקבוקו ניס X מ"ל)	מספר הבדיקות לקיט במכשיר	מחיר קיט בש"ח לא מע"מ	מחיר בש"ח לא כולל מע"מ	סה"כ עלות בדיקות (חודשית) לא כולל מע"מ	
הסבר לאופן החישוב										
				Y		A	B	C=B/A	Y x C	
ריאגנטים – טבלה ב' קבוצה א' – משקל 95% ממשקל טבלה ב'										
				420						GLUCOSE
				420						CALCIUM
				420						TRIGLYCERIDES
				420						CHOLESTEROL
				420						LDL-CHOLESTEROL
				420						HDL-CHOLESTEROL
				420						UREA
				420						URIC ACID
				6100						CREATININE +SERUM URINE
				420						ALBUMIN
				420						TOTAL PROTEIN
				420						TOTAL BILIRUBIN
				420						DIRECT BILIRUBIN
				420						GPT/ALT
				420						GOT/AST
				420						ALK. PHOSPHATASE
				420						LDH
				125						CPK
				170						PHOSPHO

									ROUS
					125				MAGNESIUM
									Carbamazepine
									Valproic Acid
									נוזלי שטיפה
									יש לחשב את כמות נוזלי השטיפה ע"פ: - אמדן בדיקות הביוכימיה בהתאם לאומדן המופיע בטבלה זו. - כ- 4000-5000 בדיקות סמים חודשיות בעלות כ- 8 פרמטרים בממוצע - הוראות ייצרני הריאגנטים והאוטואנלייזר.
									אלקטרוליטים
									2 סוגי אלקטרוליטים : Na, K בכמות של כ- 420 / חודש כ"א, CL כ- 20/חודש
									סה"כ עלות חודשית לריאגנטים מקבוצה א' _____ ש"ח כפול 12 חודשים = _____ ש"ח לשנה כפול 95% = מחיר משוקלל _____ ש"ח לשנה.
									<u>ריאגנטיים – טבלה ב' קבוצה ב' – משקל 5% ממשקל טבלה ב'</u>
					170				IRON
					170				FERRITINE
					170				TRANSFERIN
					125				MICROALBUMIN
					125				CRP
					125				LITHIUM
					125				LIPASE
					125				AMYLASE
					125				HgA1C
									סה"כ עלות חודשית לריאגנטים מקבוצה ב' _____ ש"ח כפול 12 חודשים = _____ ש"ח לשנה כפול 5% = מחיר משוקלל _____ ש"ח לשנה

הערות

- **מס' הבדיקות המקסימליות פר קיט** – לא יעלה על הנתונים המופיעים בטבלה לעיל.
- מחיר הריאגנטים יכלול עלות הקליברטורים והבקרים (קונטרולות) בכמות הנדרשת עפ"י המלצות היצרן. המציע יכלול בהצעתו בקרים מסוג normal ו- abnormal לביצוע בקרת איכות פעמיים ביום.

תאריך _____

חתימה וחותמת המציע _____

1. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
2. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 06/03/2017 יום שני שעה 12:00 בדיוק.
3. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

בברכה,

צוות מכרזים שירות בתי הסוהר.

חתימה וחותמת המציע _____