

1. המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא

תל- השומר

חבראות	ק"ח, ג'סל
	ניחוי אק. ג'ים
	85-12-18

קדן מחקרים _____ מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ונדת המכרזים

הנדון: חתת דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מחות ההתקשרות (רקע ופירוט התכנות של הטובין / השירות / העבודה)

האם קיים חנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? לא כן

סוג החתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> X	ספק חוץ _____
24 חודשים	
1,500,000 ₪	
514882844	
6180	
22 מ'ס'ס	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות.

מנכ"ל תפקיד ל אג' אש"ל
חנה - נחמה ל אג' אש"ל

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך החתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף חיותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

--	--	--

THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER
Affiliated to The Tel-Aviv University
Sackler School of Medicine
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



The Edmond and Lily Safra
CHILDREN'S HOSPITAL

The Chaim Sheba Medical Center at Tel Hashomer
The Hospital of Israel

Dr. David Mishali Head of The Heart Center
ד"ר דוד משאלי מנהל המרכז
טל 5176TEL. 972-3-530. פקס, FAX. 972-3-5303150
dmishaly@sheba.health.gov.il

בס"ד

לכבוד גיל דר

מנהל רכש

הנדון: בקשה לשימוש במחמצני TERUMO FX05RW PRE CONNECTED SET

אבקש לרכוש את המחמצנים לעיל כספק יחיד.

המחמצנים היחידים בשוק בעלי כל התכונות הבאות-

* FILTER INTEGRATED - מחמצן מסוג זה הינו יחיד וקיים רק בחברת תרומו ולכן הוא ספק יחיד

* PRIME מאוד נמוך,

* הפרשי לחצים נמוכים

* קל לשימוש.

כמו כן נדרש מחמצנים Pre - Connected Set על מנת לזימן מ-

* חיבור וחיתוך צנרת באופן ידני מה שעשוי להגדיל סיכון לזיהומים.

* צורך בזמן רב לחיבור הצנרת באופן ידני מה שקריטי בניתוחי חירום.

* סיכון לטעויות אנוש בשל חיבור הצנרת באופן ידני.

שימוש במחמצן אשר מגיע מחובר לצנרת כמקשה אחת ומגיע סטרילי נתן מענה לבעיות לעיל

מחמצני תרומו הוכיחו עצמם כמאוד אמינים לאורך שנות עבודתם עימם, וכיום העולם ככלל וישראל בפרט עובר לסט
PRE CONNECTED בשל מתן מענה לסיכונים אותם ציינתי קודם.

מבקש אישור למעבר לשימוש בסט החדש.

דר' משאלי

ניתוחי לב ילדים- מנהל