

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	(הכריז/אור סי"ח שיבא)
יחידה מזמינה:	ת.י. מרמ"ב
תאריך:	3.03.19

מדינת ישראל _____ קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

מס'	מק"ט	תיאור פריט
1	1095079604	VIDEOCOLONOSCOPE CF-HQ190L EVIS EXERA III
2	1095079588	VIDEOGASTROSCOPE GIF-HQ190 EVIS EXERA III
4	1095075669	CLV-190 EVIS EXERA III XENOX LIGHT SOURCE
3	1095075651	CV-190 EVIS EXERA III VIDEO PROCESSOR
5	1040007049	MAJ-1430 VIDEO SCOPE CABLE EXERA II

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)

עפ"י חו"ד מצ"ב מד"ר שדמי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג החתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	מדטכניקה
מספר ח.פ. / ח.צ. / עמותה	520036195



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

20 בפברואר 2019
מספר ט: 0058-2019/ש
תיק: 1001, 1130-6

לכבוד
גב' דניאל-פור לירון
כאן
נכבדתי,

הנדון: ח.נ. מרכזי – חו"ד לרכישת וידאו-אנדוסקופים
תוכנית הצטיידות 2019

1. בהמשך לסימוכין פריטים 18+19 ברשימה אושרה רכישת אנדוסקופים מסוג וידאו-גסטרוסקופ ווידאו-קולונוסקופ לשימוש ח.נ.

2. קיים שיתוף פעולה הדוק בין מכון גסטרו למנתחים על מנת לבצע בדיקות ע"ר במהלך הניתוח הכוללות בין השאר סיוע במציאת פוליפ או גידול בעת דימום, מציאת מקום הדימום, מעבר וחיבור ושט קיבה ומציאת מיקום גידול בקיבה וכו'.

פועל יוצא משיתוף הפעולה ההדוק מחייב שימוש במכשור זהה לזה המצוי בשימוש בגסטרו.

עד עתה בחדר הניתוח מצוי "מגדל" ייעודי מתוצרת OLYMPUS הכולל את כל המרכיבים הנדרשים לחיבור האנדוסקופים (יח' הקצה).

מרכיבי המגדל תואמים לוידאו-אנדוסקופים מסדרה 180 אשר הוחלפה בסדרה 190 ואשר אין יכולת חיבור בין שתי הגרסאות. אשר על כן נדרשת רכישת מקור אור ופרוססור מסדרה 190.

אנדוסקופים מסדרה 180 אינם ניתנים לרכישה (רצ"ב הודעת הספק).

לסדרה 190 יתווסף כבל ספירלי ייעודי שיאפשר גיבוי של יח' קצה מסדרה 180 בעת הצורך ואשר מצויים בשימוש בגסטרו.

רצ"ב הצעת חב' מדטכניקה לרכישת שתי יחידות הקצה הנדרשות, מקור אור, פרוססור וכבל ספירלה, אותה יש לממש על כל סעיפיה.

לנוכח ההכרח להתאמה עם המכשור בגסטרו יש לראות את חב' OLYMPUS ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

אחריות וחבירה להסכם השרות הקיים במכשור זה הינו חלק בלתי נפרד מהנדרט.

יש להעביר הוות הדעת למח' הרכש לצורך מימוש.

הבהרה: החברה ממליצה כי הליך העיקור יהיה בגסטרו עקב הניסיון הרב ומניעת נזק מיותר. רצ"ב הצעת מחיר למתאם עבור אספקה סטרילית אותה יש לממש.

בברכה,
ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר

העתקים: ד"ר דינה אורקין
ד"ר יורם שדמי