



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

מס' ועדה: 199498 יחידה מזמינה: MRI
מהות הרכישה: קצ"מ / ארטיק EMERALD א"ר MRI
סכום הרכישה מטבע ספק: 700000 ₪ כולל מע"מ
ספק פוטנציאלי: סמטק

תקופת ההתקשרות היא ל- 12 חודשים והיקף ההתקשרות הינו 700000 ₪ (כולל מע"מ)
למרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי שמורה הזכות, בכפוף לאישור ועדת מכרזים, להאריך את
ההתקשרות עד לתקופה של 94 חודשים באופן מצטבר ובהתאמה להגדיל את שווי
ההתקשרות עד לסך של 1,400,000 ₪ באופן מצטבר.

הוועדה התכנסה בתאריך 11.3.19 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי
באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 (29)


דוא"ל להגשת השגות: tenders@tlvmc.gov.il
יש לוודא כי ההשגה התקבלה ביחידת המכרזים בטל': 03-6974883

חתימת המאשרים:


רו"ח שרירי בן זיב


שמואל עמר


עו"ד רועי אדרי


יוסי שחור

לכבוד
ועדת רכישות

כאן
א.ג.ג.,

הנדון: ציוד מתכלה למכשיר EMERALD - ביופסית השד

1. בתאריך 11.02.07 סופק מכשיר EMERALD BREAST BIOPSY מתוצרת HOLOGIC חברת מדטכניקה.
2. הבדיקה נערכות במכון MRI
3. למכשיר זה יש צורך בציוד מתכלה לביצוע ביופסיה בהכוונת MRI:
 - א. פריט ראשון LOTATEC0914-20MR - ערכה לביופסיה כולל: מחט וקניסטר.
 - ב. פריט שני 13MR - LORTD - סמן המיוחד בסיום הביופסיה ב - MR.
 - ג. הפריט השלישי LORILS0912-20 ערכה להחדרת מחט בזמן הביופסיה.
4. לאור האמור לעיל יש לאשר את רכישת הקיטים הנ"ל מחברת מדטכניקה. רק לספק זה יש את הקיטים.
5. נא אשרו את הספק מדטכניקה - יצרן HOLOGIC כספק יחיד לקיטים עבור המכשור הנ"ל.

ד"ר אורית גולן
מנהלת המרכז להדמיית השד
בית איכילוב
מ.ר.ר 32349 מ.ת.מ. 21958

בברכה,
ד"ר גולן אורית מנהלת מכון
הדמיית השד
בני לומיאנסקי רנטגאי
אחראי מכון MRI